

Faxitron® Path+

System do radiograficznego badania próbki

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. WŁĄCZANIE ZASILANIA

- Upewnić się, że przełącznik zasilania z tyłu szafki urządzenia Faxitron Path+ jest ustawiony w pozycji **ON** (Wł.).
- Przekręcić **kluczyk** z przodu szafki urządzenia Faxitron Path+, ustawiając go w pozycji **ON** (Wł.).
- W razie potrzeby **włączyć** monitor.

2. URUCHAMIANIE OPROGRAMOWANIA

- Sprawdzić, czy komora rentgenowska Faxitron Path+ jest pusta.
- Kliknąć dwukrotnie ikonę **Vision** pośrodku pulpitu i wprowadzić hasło.

3. KALIBRACJA

- Po zalogowaniu zostanie wyświetlony monit o kalibrację. Nacisnąć przycisk **Calibrate** (Kalibruj), aby kontynuować.

4. DANE PACJENTA

- Rozpocząć procedurę.
- Wybrać z listy roboczej.
- Odszukać nazwisko pacjenta i kliknąć je.
- Wpisać wszystkie brakujące pola wymagane, takie jak Laterality (Lateralizacja).
- Wybrać przycisk **Accept** (Akceptuj).

5. OBRAZOWANIE Z UŻYCIEM PROMIENIOWANIA RTG

- Próbkę(-i) umieścić w komorze rentgenowskiej Faxitron Path+; w razie potrzeby użyć tacy powiększającej.
- Nacisnąć zielony przycisk **X-ray** (Promieniowanie RTG), aby aktywować promieniowanie rentgenowskie; po kilku sekundach pojawi się obraz.

6. MANIPULOWANIE OBRAZEM

- Przytrzymać wciśnięty **lewy przycisk myszy** i przeciągnąć myszą, aby zmienić jasność i kontrast dla funkcji okna/poziomu.
- **Dostosować powiększenie**, aby powiększyć obraz w celu obejrzenia go.

7. PRZECHOWYWANIE W PACS

- Wybrać opcję **PACS Store** (Magazyn PACS) po lewej stronie ekranu.

8. DRUKOWANIE

- Wybrać opcję **PACS Print** (Drukowanie z systemu PACS) po lewej stronie ekranu.

9. WYŁĄCZANIE

- Kliknąć przycisk **System Shutdown** (Wyłączenie systemu) znajdujący się po lewej stronie, a następnie kliknąć przycisk **OK**.
- Obrócić **klucz** na szafce urządzenia Faxitron Path+, aby je **wyłączyć**.



www.hologic.com/package-inserts



Hologic, Inc.
36 Apple Ridge Road
Danbury, CT 06810 USA
1.800.447.1856
www.hologic.com



Hologic, BV
Da Vincilaan 5
1930 Zaventem
Belgia
Tel.: +32 2 711 46 80
Faks: +32 2 725 20 87

SPONSOR W AU

Hologic Pty Ltd
Suite 302, Level 3
2 Lyon Park Road
Macquarie Park NSW 2113
Tel.: 02 9888 8000



System Faxitron Path+ znany także jako PathVisionXL.

5081-4013-3401 Wer. 002 (8/21) Hologic Inc. ©2021 Wszelkie prawa zastrzeżone. Hologic, Path+, PathVisionXL, Faxitron i The Science of Sure są znakami towarowymi i (lub) zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Hologic, Inc. i (lub) jej podmiotów zależnych w Stanach Zjednoczonych i (lub) innych krajach. Informacje te są przeznaczone dla pracowników służby zdrowia w Stanach Zjednoczonych i na innych rynkach i nie stanowią zachęty do zakupu produktu ani promocji w miejscach, gdzie takie działania są zabronione. Ponieważ materiały firmy Hologic są rozpowszechniane za pośrednictwem stron internetowych, transmisji typu eBroadcast i na targach, nie zawsze jest możliwa kontrola miejsca, w którym takie materiały się pojawiają. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat produktów dostępnych do sprzedaży w danym kraju należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Hologic.