

## Instruksjoner for bruken av Aptima® Multitest Swab Specimen Collection Kit for pasientinnsamlede prøver

### PASIENTINFORMASJON OM SELVINNSAMLEDE PRØVER

- En selvinnsamlet vattpinne er en metode for testing av seksuelt overførte infeksjoner (SOI-er). Andre alternativer er tilgjengelige. Hvis du har spørsmål om den selvinnsamlede vattpinnen, andre prøveinnsamlingsalternativer eller SOI-er, snakk med helsepersonellet.
- Selvinnsamling er et alternativ i kliniske settinger hvis du er enig i at du utfører denne prosedyren. Rådgivning fra helsepersonellet er tilgjengelig for selvinnsamlingsprosedyren.
- Les nøye instruksjonene om selvinnsamling med vattpinne nedenfor. Hvis du mener du kan utføre denne selvinnsamlingsprosedyren og vil bruke denne metoden for å teste SOI-er, si fra til helsepersonellet.
- Ikke ta innsamlingssettet eller den selvinnsamlede prøven ut av klinikken.**
- Noen selvsamlende prøvetyper er ikke tilgjengelige med all assayer. Se det aktuelle assaypakningsvedlegget for passende prøvetyper.

### GENERELLE INSTRUKSJONER FOR ALLE INNSAMLINGSMETODER

Følg prosedyrene nøyde for å få pålitelige resultater. Hvis du har spørsmål om en prosedyre, spør ditt helsepersonell.

- Vask hendene før du begynner.
- I et privat undersøkelsesrom eller toalett må du kle av deg, hvis dette er nødvendig. Du må være i en behagelig stilling for å opprettholde balansen under innsamlingsprosedyren.
- Åpne settet. Ta ut vattpinnen og røret. Legg røret til side før du begynner med instruksjonene nedenfor for å samle inn prøven eller prøvene som helsepersonellet ber om.

**ADVARSEL:** Hvis innholdet i røret blir sult på huden, må du vaske dette stedet med såpe og vann. Hvis innholdet i røret spruter inni øynene, må du umiddelbart skylle øynene med vann. Si fra til ditt helsepersonell hvis det utvikles irritasjon. Hvis innholdet i røret renner ut, be om et nytt Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit (prøvetakingssett for vattpinneprøver). Det skal ikke brukes innvortes.

### PRØVEINNSAMLING MED VAGINAL VATTPINNE

- Før du fortsetter, må du lese pasientinformasjonen og de generelle instruksjonene ovenfor.
- Åpne vattpinnepakken delvis, som vist i diagram 1. Ta ut vattpinnen.
- Ikke berør den myke spissen, og ikke legg vattpinnen ned.  
Hvis den myke spissen berøres, vattpinnen legges ned, eller faller ned, brukes en ny Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit (prøvetakingssett for vattpinneprøver).
- Hold vattpinnen i hånden som vist i diagram 2, og legg tommel og pekefinger midt på vatppinneskaftet slik at de dekker rissen (svart linje).  
Ikke ta i vattpinnehåndtaket under streken (den svarte streken).
- Sett vattpinnen forsiktig inn ca. 5 cm i åpningen av skjeden (som vist i figur 3), og roter vattpinnen forsiktig med uret i 10 til 30 sekunder.  
Sørg for at vattpinnen berører veggene i skjeden slik at fuktighet absorberes av vattpinnen og at du deretter trekker vattpinnen ut uten å berøre huden.
- Skru av lokket på røret som vist i diagram 4 mens du holder vattpinnen i samme hånd.  
Ikke hell ut innholdet i røret. Hvis innholdet i røret renner ut, be om et nytt Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit (prøvetakingssett for vattpinneprøver).
- Plasser vattpinnen umiddelbart i transportrøret slik at streken (den svarte streken) er på toppen av røret som vist i diagram 5.
- Knekk vatppinneskaftet forsiktig på streken (den svarte streken) mot siden av røret som vist i diagram 6.
- Kast den øverste delen av vatppinneskaftet som vist i diagram 7.
- Skru korken godt fast på røret som vist i diagram 8. Returner røret som anvist av helsepersonellet.

### Viktig informasjon til vurdering


- HVIS DU ER GRAVID, SI FRA TIL DITT HELSEPERSONELL.
- Før du samler inn den vaginalen vattpinneprøven, si fra til helsepersonellet hvis du:
  - nylig har hatt bekkensmerter
  - har smerte ved samleie
  - har uvanlig utfloed eller vond lukt

Disse symptomene kan være forårsaket av akutt bekkeninfeksjon (PID). Rask diagnose og behandling av PID kan hjelpe til med å hindre infertilitet og ektopisk graviditet forbundet med PID.


### INNSAMLING AV PENIL MEATAL VATTPINNEPRØVE

- Før du fortsetter, må du lese pasientinformasjonen og de generelle instruksjonene ovenfor.
- Åpne vattpinnepakken delvis, som vist i diagram 1. Ta ut vattpinnen.
- Ikke berør den myke spissen, og ikke legg vattpinnen ned.  
Hvis den myke spissen berøres, vattpinnen legges ned, eller faller ned, brukes en ny Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit (prøvetakingssett for vattpinneprøver).
- Hold vattpinnen i hånden som vist i diagram 2, og legg tommel og pekefinger midt på vatppinneskaftet slik at de dekker rissen (svart linje).  
Ikke ta i vattpinnehåndtaket under streken (den svarte streken).
- Se diagram 3 hvis du er omskåret (ikke har forhud) eller diagram 4 hvis du ikke er omskåret. Ikke-omskårne menn er nødt til å rulle forhuden ned før prøvetakingen. Hold penis med den ledige hånden (hånd uten vattpinne). Bruk den andre hånden (med vattpinnen), **rull vatppinen med uret** bare på spissen av vattpinnen eller utenfor åpningen på penis der urinen passerer gjennom. Sørg for å rulle pinnen helt rundt åpningen for å få den beste prøven. Det er ikke nødvendig å stikke vattpinnen dypt inn i urinveisåpningen.
- Skru av lokket på røret som vist i diagram 5 mens du holder vattpinnen i samme hånd.  
Ikke hell ut innholdet i røret. Hvis innholdet i røret renner ut, be om et nytt Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit (prøvetakingssett for vattpinneprøver).
- Plasser vattpinnen umiddelbart i transportrøret slik at streken (den svarte streken) er på toppen av røret som vist i diagram 6.
- Knekk vatppinneskaftet forsiktig på streken (den svarte streken) mot siden av røret som vist i diagram 7.
- Kast den øverste delen av vatppinneskaftet som vist i diagram 8.
- Skru korken godt fast på røret som vist i diagram 9. Returner røret som anvist av helsepersonellet.

### Prøveinnsamling med vaginal vattpinne



### Prøveinnsamling med penil meatal vattpinne



## Instruksjoner for bruken av Aptima® Multitest Swab Specimen Collection Kit for pasientinnsamlede prøver

### PRØVEINNSAMLING MED REKTAL VATTPINNE

- Før du fortsetter, må du lese pasientinformasjonen og de generelle instruksjonene på side 1.**
- Åpne vattpinnepakken delvis, som vist i diagram 1. Ta ut vattpinnen.  
*Ikke berør den myke spissen eller legg vattpinnen ned.*  
Hvis den myke spissen berøres, vattpinnen legges ned, eller faller ned, be om en ny Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit (prøvetakingssett for vattpinneprøver).
- Hold vattpinnen som vist i diagram 2 og legg tommelen og pekefingeren midt på vattpinneskafet slik at du dekker brekkemerket. Ikke hold vattpinneskafet under brekkemerket.
- Sett vattpinnen forsiktig inn i rektum omtrent 3-5 cm forbi analåpningen (på utsiden av anus), og **roter vattpinnen forsiktig med uret** i 5 til 10 sekunder som vist i diagram 3. Trekk ut vattpinnen uten å berøre huden.
- Skru av lokket på røret som vist i diagram 4 mens du holder vattpinnen i samme hånd. Ikke hell ut innholdet i røret.  
Hvis innholdet i røret renner ut, brukes et nytt Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit (prøvetakingssett for vattpinneprøver).
- Før umiddelbart vattpinnen inn i transportrøret slik at brekkemerker ved toppen av røret som vist i diagram 5.
- Press forsiktig vattpinneskafet mot siden av røret for å bryte av skaftet ved brekkemerket som vist i diagram 6.
- Kast den øverste delen av vattpinneskafet som vist i diagram 7.
- Skru korken stramt til på røret som vist i diagram 8. Returner røret som anvist av helsepersonellet.

### PRØVEINNSAMLING MED HALS-VATTPINNE

- Før du fortsetter, må du lese pasientinformasjonen og de generelle instruksjonene på side 1.**
- Åpne vattpinnepakken delvis, som vist i diagram 1. Ta ut vattpinnen.  
*Ikke berør den myke spissen, og ikke legg vattpinnen ned.*  
Hvis den myke spissen berøres, vattpinnen legges ned, eller faller ned, be om en ny Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit (prøvetakingssett for vattpinneprøver).
- Hold vattpinnen som vist i diagram 2 og legg tommelen og pekefingeren midt på vattpinneskafet slik at du dekker brekkemerket. Ikke hold vattpinneskafet under brekkemerket.
- Sett vattpinnen forsiktig inn i munnen som vist i diagram 3, og sør for kontakt med bilaterale mandler (mandlerne på begge sider av munnen, med mindre mandlerne er fjernet) og baksiden av halsen, og trekk deretter vattpinnen ut uten å berøre innsiden av kinnene eller tungen.
- Skru av lokket på røret som vist i diagram 4 mens du holder vattpinnen i samme hånd. Ikke hell ut innholdet i røret.  
Hvis innholdet i røret renner ut, brukes et nytt Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit (prøvetakingssett for vattpinneprøver).
- Før umiddelbart vattpinnen inn i transportrøret slik at brekkemerker ved toppen av røret som vist i diagram 5.
- Press forsiktig vattpinneskafet mot siden av røret for å bryte av skaftet ved brekkemerket som vist i diagram 6.
- Kast den øverste delen av vattpinneskafet som vist i diagram 7.
- Skru korken stramt til på røret som vist i diagram 8. Returner røret som anvist av helsepersonellet.

### Kontaktinformasjon og revisjonshistorikk

 Hologic, Inc.  
10210 Genetic Center Drive  
San Diego, CA 92121 USA

**IVD**

**CE**

**EC REP**  
Hologic BV  
Da Vinci laan 5  
1930 Zaventem  
Belgium

Adressen til den australiske sponsoren:  
Hologic (Australia & New Zealand) Pty Ltd  
Macquarie Park NSW 2113, Australia

For å finne e-postadressen og telefonnummeret til landsspesifikk teknisk støtte og kundeservice besøk [www.hologic.com/support](http://www.hologic.com/support).

Ved en alvorlig hendelse skal du varsle produsenten og ansvarlig myndighet i området ditt.

Hologic, Aptima og tilhørende logoer er varemerker for Hologic, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere.

Dette produktet kan være dekket av en eller flere USA-patenter, angitt på [www.hologic.com/patents](http://www.hologic.com/patents).


©2017-2022 Hologic, Inc. Med enerett.

AW-26254-1801 Rev.001

2022-01

Revisjonshistorikk	Dato	Beskrivelse
AW-26254-001 rev. 001	Januar 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>Opprettet sett til Aptima Multitest-vatprøveinnsamling for pasientinnsamlede prøver IFU AW-26254-001 rev.001 basert på AW-16968 rev. 005 om overholdelse av lover og forskrifter i IVDR</li> <li>Oppdaterte kontaktinformasjon inkludert: EU-representant, informasjon om australsk representant og teknisk støtte</li> </ul>

### Prøveinnsamling med rektal vattpinne



### Prøveinnsamling med hals-vattpinne

