

Faxitron® Core

System do radiograficznego badania próbki

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. WŁĄCZANIE ZASILANIA

- Upewnić się, że przełącznik zasilania z tyłu szafki urządzenia Faxitron Core jest ustawiony w pozycji **ON** (Wł.).
- Przekręcić **kluczyk** z przodu szafki urządzenia Faxitron Core, ustawiając go w pozycji **ON** (Wł.).
- **Włączyć** komputer i monitor.

2. URUCHAMIANIE OPROGRAMOWANIA

- Sprawdzić, czy szuflada na próbki w urządzeniu Faxitron Core jest pusta.
- Kliknąć dwukrotnie ikonę **Vision** pośrodku pulpitu.

3. KALIBRACJA

- Po zalogowaniu zostanie wyświetlony monit o kalibrację. Nacisnąć przycisk **Calibrate** (Kalibruj), aby kontynuować.

4. DANE PACJENTA

- Kliknąć opcję **Start Procedure** (Rozpocznij procedurę).
- Kliknąć opcję **Select from Worklist** (Wybierz z listy roboczej).
- Odszukać nazwisko pacjenta i kliknąć je.
- Wpisać wszystkie brakujące pola wymagane, takie jak Laterality (Lateralizacja).
- Kliknąć przycisk **Accept** (Akceptuj).

5. OBRAZOWANIE Z UŻYCIEM PROMIENIOWANIA RTG

- Próbki umieścić w tacy na próbki urządzenia Faxitron Core.
- Tacę na próbki włożyć do szuflady.
- Zamknąć szufladę Faxitron Core.
- Nacisnąć zielony przycisk **X-ray** (Promieniowanie RTG), aby aktywować promieniowanie rentgenowskie; po kilku sekundach pojawi się obraz.

6. MANIPULOWANIE OBRAZEM

- Przytrzymać wciśnięty **lewy przycisk myszy** i przeciągnąć myszą, aby zmienić jasność i kontrast dla funkcji okna/poziomu.
- **Dostosować powiększenie**, aby powiększyć obraz w celu obejrzenia go.

7. PRZECHOWYWANIE W PACS

- Kliknąć przycisk **PACS Store** (Magazyn PACS) po lewej stronie ekranu.

8. DRUKOWANIE

- Kliknąć przycisk **PACS Print** (Drukowanie z systemu PACS) po lewej stronie ekranu.

9. WYŁĄCZANIE

- Kliknąć przycisk **System Shutdown** (Wyłączanie systemu), a następnie kliknąć przycisk **OK** (OK).
- Obrócić klucz na szafce urządzenia Faxitron Core, aby je **wyłączyć**.

 www.hologic.com/package-inserts



Hologic, Inc.
600 Technology Drive
Newark, DE 19702 USA
1.800.447.1856
www.hologic.com



Hologic, BV
Da Vincilaan 5
1930 Zaventem
Belgia
Tel.: +32 2 711 46 80
Faks: +32 2 725 20 87

SPONSOR W AU
Hologic Pty Ltd
Suite 302, Level 3
2 Lyon Park Road
Macquarie Park NSW 2113
Tel.: 02 9888 8000



System Faxitron Core znany również jako System CoreVision.

MAN-10102-3401 Wer. 001 (6/23) Hologic Inc. ©2023 Wszelkie prawa zastrzeżone. Hologic, CoreVision, Faxitron i The Science of Sure są znakami towarowymi i (lub) zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Hologic, Inc. i (lub) jej podmiotów zależnych w Stanach Zjednoczonych i (lub) innych krajach. Informacje te są przeznaczone dla pracowników służby zdrowia w Stanach Zjednoczonych i na innych rynkach i nie stanowią zachęty do zakupu produktu ani promocji w miejscach, gdzie takie działania są zabronione. Ponieważ materiały firmy Hologic są rozpowszechniane za pośrednictwem stron internetowych, transmisji typu eBroadcast i na targach, nie zawsze jest możliwa kontrola miejsca, w którym takie materiały się pojawiają. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat produktów dostępnych do sprzedaży w danym kraju należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Hologic.