

# Faxitron® Path

Sistema de radiografía de muestras

## GUÍA DE INICIO RÁPIDO

### 1. ENCENDIDO

- Compruebe que el interruptor de alimentación de la parte posterior del armario Faxitron Path se encuentra en la posición **«ON»** (Encendido).
- Gire la **llave** de la parte frontal del armario Faxitron Path a la posición de **on** (encendido).
- Encienda el ordenador y el monitor.

### 2. INICIO DEL SOFTWARE

- Compruebe que no haya nada en el compartimento de rayos X del Faxitron Path.
- Haga doble clic en el icono de **Vision** en el centro del escritorio.

### 3. CALIBRACIÓN

- Se le pedirá que realice la calibración cuando haya iniciado sesión. Pulse el botón **«Calibrate»** (Calibrar) para continuar.

### 4. DATOS DEL PACIENTE

- Haga clic en **«Start Procedure»** (Iniciar procedimiento).
- Haga clic en **«Select from Worklist»** (Seleccionar en la lista de trabajo).
- Localice el nombre del paciente y haga doble clic en él.
- Introduzca los campos obligatorios que faltan, como Lateralidad.
- Haga clic en **«Accept»** (Aceptar).

### 5. OBTENCIÓN DE IMÁGENES DE RAYOS X

- Coloque la(s) muestra(s) en el compartimento de rayos X de Faxitron Path. Utilice la bandeja de aumento si lo desea.
- Presione el botón verde **«X-ray»** (rayos X) para activar los rayos X. La imagen aparecerá tras unos segundos.

### 6. MANIPULACIÓN DE IMÁGENES

- Mantenga pulsado el **botón izquierdo del ratón** y arrastre el ratón para cambiar el brillo y el contraste de la función de ventana/nivel.
- **Ajuste el zoom** para ampliar la imagen para su visualización.

### 7. ALMACENAMIENTO EN PACS

- Haga clic en el botón **«PACS Store»** (Almacenar en PACS) en el lado izquierdo de la pantalla.

### 8. IMPRESIÓN

- Haga clic en el botón **«PACS Print»** (Impresión en PACS) en el lado izquierdo de la pantalla.

### 9. APAGADO

- Haga clic en el botón **«System Shutdown»** (Apagado del sistema) en el lado izquierdo y luego haga clic en **«OK»** (Aceptar).
- Gire la llave en el armario Faxitron Path a la posición **off** (Apagado).



[www.hologic.com/package-inserts](http://www.hologic.com/package-inserts)



**Hologic, Inc.**  
600 Technology Drive,  
Newark, DE 19702 EE. UU.  
1.800.447.1856  
[www.hologic.com](http://www.hologic.com)



**Hologic, BV**  
Da Vincilaan 5  
1930 Zaventem  
Bélgica  
Tel.: +32 2 711 46 80  
Fax: +32 2 725 20 87

#### PATROCINADOR DE AUSTRALIA

**Hologic Pty Ltd**  
Suite 302, Level 3  
2 Lyon Park Road  
Macquarie Park NSW 2113  
Tel.: 02 9888 8000



Sistema Faxitron Path, también conocido como sistema PathVision.

MAN-10245-300 Rev. 001 (7/23) Hologic Inc. ©2023 Todos los derechos reservados. Hologic, Path, PathVision, Faxitron y The Science of Sure son marcas comerciales y/o marcas registradas de Hologic, Inc. y/o sus filiales en Estados Unidos y/o en otros países. Esta información está dirigida a profesionales de la medicina en Estados Unidos y otros mercados y no debe interpretarse como una solicitud o promoción de productos si estas actividades están prohibidas. Dado que los materiales de Hologic se distribuyen a través de sitios web, transmisiones electrónicas y ferias, no siempre es posible controlar dónde aparecen estos materiales. Para obtener información específica sobre los productos que están a la venta en un país en particular, póngase en contacto con su representante local de Hologic.