

# Faxitron® Path

System do radiograficznego badania próbki

## SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

### 1. WŁĄCZANIE ZASILANIA

- Upewnić się, że przełącznik zasilania z tyłu szafki urządzenia Faxitron Path jest ustawiony w pozycji **ON** (Wł.).
- Przekręcić **kluczyk** z przodu szafki urządzenia Faxitron Path, ustawiając go w pozycji **ON** (Wł.).
- Włączyć komputer i monitor.

### 2. URUCHAMIANIE OPROGRAMOWANIA

- Sprawdzić, czy komora rentgenowska Faxitron Path jest pusta.
- Kliknąć dwukrotnie ikonę **Vision** pośrodku pulpitu.

### 3. KALIBRACJA

- Po zalogowaniu zostanie wyświetlony monit o kalibrację. Nacisnąć przycisk **Calibrate** (Kalibruj), aby kontynuować.

### 4. DANE PACJENTA

- Kliknąć opcję **Start procedure** (Rozpocznij procedurę).
- Kliknąć opcję **Select from Worklist** (Wybierz z listy roboczej).
- Odszukać nazwisko pacjenta i kliknąć je.
- Wpisać wszystkie brakujące pola wymagane, takie jak Laterality (Lateralizacja).
- Kliknąć przycisk **Accept** (Akceptuj).

### 5. OBRAZOWANIE Z UŻYCIEM PROMIENIOWANIA RTG

- Próbki umieścić w komorze rentgenowskiej Faxitron Path; w razie potrzeby użyć tacy powiększającej.
- Nacisnąć zielony przycisk **X-ray** (Promieniowanie RTG), aby aktywować promieniowanie rentgenowskie; po kilku sekundach pojawi się obraz.

### 6. MANIPULOWANIE OBRAZEM

- Przytrzymać wciśnięty **lewy przycisk myszy** i przeciągnąć myszą, aby zmienić jasność i kontrast dla funkcji okna/poziomu.
- **Dostosować powiększenie**, aby powiększyć obraz w celu obejrzenia go.

### 7. PRZECHOWYWANIE W PACS

- Kliknąć przycisk **PACS Store** (Magazyn PACS) po lewej stronie ekranu.

### 8. DRUKOWANIE

- Kliknąć przycisk **PACS Print** (Drukowanie z systemu PACS) po lewej stronie ekranu.

### 9. WYŁĄCZANIE

- Kliknąć przycisk **System Shutdown** (Wyłączenie systemu), a następnie kliknąć przycisk **OK**.
- Obrócić **klucz** na szafce urządzenia Faxitron Path, aby je **wyłączyć**.

 [www.hologic.com/package-inserts](http://www.hologic.com/package-inserts)



**Hologic, Inc.**  
600 Technology Drive,  
Newark, DE 19702 USA  
1.800.447.1856  
[www.hologic.com](http://www.hologic.com)



**Hologic, BV**  
Da Vincilaan 5  
1930 Zaventem  
Belgia  
Tel.: +32 2 711 46 80  
Faks: +32 2 725 20 87

#### SPONSOR W AU

**Hologic Pty Ltd**  
Suite 302, Level 3  
2 Lyon Park Road  
Macquarie Park NSW 2113  
Tel.: 02 9888 8000



System Faxitron Path znany także jako System PathVision.

MAN-10245-3401 Wer. 001 (7/23) Hologic Inc. ©2023 Wszelkie prawa zastrzeżone. Hologic, Path, PathVision, Faxitron i The Science of Sure są znakami towarowymi i (lub) zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Hologic, Inc. i (lub) jej podmiotów zależnych w Stanach Zjednoczonych i (lub) innych krajach. Informacje te są przeznaczone dla pracowników służby zdrowia w Stanach Zjednoczonych i na innych rynkach i nie stanowią zachęty do zakupu produktu ani promocji w miejscach, gdzie takie działania są zabronione. Ponieważ materiały firmy Hologic są rozpowszechniane za pośrednictwem stron internetowych, transmisji typu eBroadcast i na targach, nie zawsze jest możliwa kontrola miejsca, w którym takie materiały się pojawiają. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat produktów dostępnych do sprzedaży w danym kraju należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Hologic.