

1.1 Uvod

Ovaj dodatak modificira vaše priručnike za korisnike i servisne priručnike za sustave Selenia® Dimensions® i 3Dimensions™. Sadržaj u nastavku zamjenjuje tablice simbola i dijagrame lokacija oznake. Dodajte ovaj dodatak svojim priručnicima za korisnike i servisnim priručnicima za buduću referencu.



1.2 Priručnici na koje dodatak utječe

Ovaj dodatak utječe na sljedeće priručnike:

- MAN-06383-2502 Priručnik za korisnike za sustav 3Dimensions, verzija 2.2., revizija 001, odjeljak 1.16. (Simboli) i odjeljak 2.7. (Lokacije oznake)
- MAN-06384 Servisni priručnik za sustav 3Dimensions, verzija 2.2., revizija 001, odjeljak 1.7. (Simboli) i odjeljak 2.7. (Lokacije oznake)
- MAN-06385-2502 Priručnik za korisnike za sustav Dimensions, verzija 1.11., revizija 001, odjeljak 1.17. (Simboli) i odjeljak 2.7. (Lokacije oznake)
- MAN-06386 Servisni priručnik za sustav Dimensions, verzija 1.11., revizija 001, odjeljak 1.7. (Simboli) i odjeljak 2.7. (Lokacije oznake)














1.3 Simboli

Ovaj dio sadržava opise simbola u ovom sustavu.

Simbol	Opis	Standardni
	Oprez – zračenje	Hologic
	Sustav prenosi radiofrekvencijsku (RF) energiju (neionizirajuće elektromagnetsko zračenje)	IEC 60417, referentni broj 5140
	Upozorenje na opasnost od strujnog udara	IEC 60417, referentni broj 6042
	Opasan napon	IEC 60417, referentni broj 5036
	Oprez	ISO 7010, referentni broj 5.1.6.
	Pažnja	ISO 15223-1:2016, referentni broj 5.4.4.










Sustavi 3Dimensions i Selenia Dimensions



Dodatak za simbole i lokacije oznake

Simbol	Opis	Standardni
	Zaustavljanje u slučaju nužde	Hologic
	Električnu i elektroničku opremu odložite odvojeno od običnog otpada. Materijal stavljen izvan uporabe pošaljite tvrtki Hologic ili se obratite svome servisnom predstavniku.	Direktiva 2002/96/EZ OEEO
	Primijenjeni dio tipa B	IEC 60417, referentni broj 5840
	Priključak za izjednačavanje potencijala	IEC 60417, referentni broj 5021
	Zaštitno uzemljenje	IEC 60417, referentni broj 5019
	Osigurač	IEC 60417, referentni broj 5016
	Izmjenična struja	IEC 60417, referentni broj 5032
	„ISKLUČIVANJE” (napajanje)	IEC 60417, referentni broj 5008
	„UKLJUČIVANJE” (napajanje)	IEC 60417, referentni broj 5007
R_x ONLY	Samo na recept	21 CFR 801.109
	Ovlašteni predstavnik za Europsku Uniju	ISO 15223-1:2016, referentni broj 5.1.2.
	Oznaka CE s referentnim brojem prijavljenog tijela	Uredba MDR (EU) 2017/745
	Medicinski proizvod	Nacrt ISO 15223
	Nije sterilno	ISO 15223-1:2016, referentni broj 5.2.7.

Sustavi 3Dimensions i Selenia Dimensions

Dodatak za simbole i lokacije oznake

Simbol	Opis	Standardni
 www.hologic.com/package-inserts	Pogledajte upute za uporabu	ISO 15223-1:2016, referentni broj 5.4.3.
Translations in Box	Prijevodi u okviru	Hologic
	Oznaka za reciklažu	Unicode, referenca U+267C
	S pristupom za invalidska kolica	Hologic
	Čuvati na suhom	ISO 15223-1:2016, referentni broj 5.3.4.
	Krhko; oprezno rukovati	ISO 15223-1:2016, referentni broj 5.3.1.
	Nemojte slagati	ISO 7000:2014, referentni broj 2402
	Ograničenje temperature	ISO 15223-1:2016, referentni broj 5.3.7.
Temp Logger Activated	Aktiviran uređaj za bilježenje temperature	Hologic
Temp Logger SN	Serijski broj uređaja za bilježenje temperature	Hologic
	Ova strana prema gore	ISO 7000:2014, referentni broj 0623
	Nemojte upotrebljavati ako je pakiranje oštećeno	ISO 15223-1:2016, referentni broj 5.2.8.
P/N	Broj dijela	Hologic
REV	Revizija	Hologic

Simbol	Opis	Standardni
Model	Broj modela	Hologic
REF	Kataložki broj	ISO 15223-1:2016, referentni broj 5.1.6.
LOT	Šifra serije	ISO 15223-1:2016, referentni broj 5.1.5.
SN	Serijski broj	ISO 15223-1:2016, referentni broj 5.1.7.
QTY	Količina	Hologic
SFW SHIPPED	Softver isporučen	Hologic
SFW Version	Broj verzije softvera	Hologic
CASE	Predmet	Hologic
VC	Šifra dobavljača	Hologic
	Proizvođač	ISO 15223-1:2016, referentni broj 5.1.1.
	Datum proizvodnje	ISO 15223-1:2016, referentni broj 5.1.3.
Made in USA	Proizvedeno u SAD-u	Hologic
Patents	Patenti	Hologic

1.4 Dijagram lokacija oznake

Dijagram lokacija oznake iz odjeljka 2.7. u svakom od sljedećih priručnika više nije primjenjiv:

- MAN-06383-2502 revizija 001
- MAN-06384 revizija 001
- MAN-06385-2502 revizija 001
- MAN-06386 revizija 001