

Kit per la raccolta dei campioni di test Rapid fFN®

REF PRD-01020

Destinato esclusivamente all'uso diagnostico *in vitro*
Conservare a 2 - 25 °C.



Da usarsi esclusivamente da parte di personale medico addestrato.

Il kit per la raccolta dei campioni Hologic Rapid fFN è destinato all'uso con i test Rapid fFN® (sistema PeriLynx™, sistema Rapid fFN® 10Q).

USO PREVISTO

Nel kit per la raccolta dei campioni di test Rapid fFN® sono presenti i dispositivi per la raccolta dei campioni, che consistono in un tampone sterile con punta in poliestere e una provetta per il trasporto dei campioni, contenente 1 ml di soluzione tampone per l'estrazione. Tale dispositivo per la raccolta dei campioni è destinato alla raccolta di campioni cervicovaginali per i test Rapid fFN (sistema PeriLynx™, sistema Rapid fFN® 10Q). I campioni devono essere prelevati solo durante un esame con lo speculum.

PRECAUZIONI E AVVERTENZE

1. Destinato esclusivamente all'uso diagnostico *in vitro*.
2. Non utilizzare il kit se l'integrità della confezione del tampone è compromessa o se le provette per il trasporto del campione presentano perdite.
3. La soluzione tampone per l'estrazione è composta da una soluzione acquosa che contiene inibitori della proteasi e conservanti per le proteine, tra cui aprotinina, albumina sierica bovina e sodio azide. La sodio azide può reagire con le tubazioni, formando azidi metalliche potenzialmente esplosive. Evitare il contatto con la cute, gli occhi o gli indumenti. In caso di contatto con uno dei reagenti, lavare abbondantemente la zona con acqua. In caso di smaltimento del reagente, risciacquare sempre lo scarico con grandi quantità d'acqua per prevenire l'accumulo di azidi.
4. I campioni di origine umana devono essere considerati potenzialmente infetti. Adottare precauzioni adeguate durante la raccolta, la manipolazione, la conservazione e lo smaltimento dei campioni e dei contenuti dei kit usati. Smaltire i materiali usati in un contenitore adeguato per i rifiuti biologici.
5. **I campioni per i test della fibronectina fetale devono essere raccolti prima della raccolta dei campioni della coltura.** La raccolta di campioni vaginali per le colture microbiologiche richiede spesso tecniche di raccolta aggressive che possono provocare abrasioni alla mucosa cervicale o vaginale e possono interferire con la preparazione dei campioni.
6. **I campioni devono essere prelevati prima dell'esame cervicale digitale o dell'esame ecografico transvaginale, poiché la manipolazione della cervice può provocare il rilascio di fibronectina fetale.**
7. Prima di procedere alla raccolta del campione, occorre escludere la rottura delle membrane, poiché la fibronectina fetale si trova sia nel liquido amniotico sia nelle membrane fetali.
8. Non è stata esclusa la possibilità che la presenza di infezioni induca confusione nella determinazione del rischio di parto pretermine.
9. Le informazioni riguardo all'associazione dell'espressione della fibronectina fetale con il parto in donne asintomatiche affette da HIV/AIDS sono insufficienti.
10. Non utilizzare i dispositivi per la raccolta dei campioni dopo la data di scadenza.
11. Utilizzare un dispositivo per la raccolta dei campioni per ciascun campione della paziente. Ciascun dispositivo di raccolta è monouso. Non riutilizzare.
12. Prestare attenzione a non rompere il tampone durante la raccolta dei campioni.

CONSERVAZIONE E STABILITÀ

I campioni non testati entro otto (8) ore dalla raccolta devono essere conservati refrigerati a una temperatura di 2–8 °C e sottoposti a dosaggio entro tre (3) giorni dalla raccolta, oppure congelati e sottoposti a dosaggio entro tre (3) mesi per evitare la degradazione degli analiti. Non esporre a temperature superiori a 25 °C.

ISTRUZIONI PER L'USO

Il kit per la raccolta dei campioni è l'unico sistema di raccolta dei campioni accettabile che può essere utilizzato per prelevare i campioni per i test Rapid fFN.

1. Durante un esame con lo speculum, prima di altri esami o della manipolazione della cervice o del tratto vaginale, ruotare leggermente il tampone sterile per circa 10 secondi lungo il fornice posteriore della vagina, per assorbire le secrezioni cervicovaginali. I tentativi seguenti di saturare il campione possono rendere nullo il test.

Kit per la raccolta dei campioni di test Rapid fFN®

2. Rimuovere il tampone e immergere la punta nella soluzione tampone. Rompere l'asta (a livello del contrassegno) anche con la parte superiore della provetta.
3. Allineare l'asta al foro interno del tappo della provetta ed esercitare una lieve, decisa pressione verso il basso sull'asta, sigillando la provetta. Avvertenza: l'asta deve essere allineata per evitare perdite.
4. Scrivere il nome della paziente e le altre informazioni identificative richieste sull'etichetta della provetta per il trasporto del campione.
5. Inviare la provetta per il test. Trasportare i campioni a una temperatura compresa tra 2 e 25 °C o congelati.
6. **I campioni non testati entro otto (8) ore dalla raccolta devono essere conservati refrigerati a una temperatura di 2–8 °C e sottoposti a dosaggio entro tre (3) giorni dalla raccolta, oppure congelati e sottoposti a dosaggio entro tre (3) mesi per evitare la degradazione degli analiti. Non esporre a temperature superiori a 25 °C.**

LIMITAZIONI

1. **I campioni non devono essere testati se la paziente ha avuto rapporti sessuali nelle 24 ore precedenti al campionamento, poiché il liquido seminale e/o lo sperma presenti nel campione possono interferire con i test Rapid fFN.**
2. **Prestare attenzione a non contaminare il tampone o le secrezioni cervicovaginali con lubrificanti, detergenti, disinfettanti o creme (es. lubrificante K-Y® Jelly, progesterone per uso vaginale, disinfettante Betadine®, crema Monistat®, esaclorofene).** Tali sostanze possono interferire con l'assorbimento del campione da parte del tampone o con la reazione anticorpo-antigene dei test della fibronectina fetale.
3. **I test della fibronectina fetale non sono destinati all'uso in donne affette da sanguinamento vaginale di entità moderata o abbondante.** La presenza di sanguinamento vaginale può comportare difficoltà nell'interpretazione del risultato del test della fibronectina fetale. Se durante l'esame visivo emergono perplessità sulla presenza di sanguinamento vaginale di entità moderata o abbondante, si raccomanda di raccogliere un campione dopo la cessazione del sanguinamento vaginale attivo.
4. I campioni per il test della fibronectina fetale non devono essere prelevati in pazienti con placenta previa o distacco della placenta noto o sospetto.
5. I test della fibronectina fetale non sono destinati all'uso in pazienti affette da neoplasie dell'apparato genitale.
6. Non è stata esclusa la possibilità di interferenza con il test dei seguenti componenti: lavande vaginali, globuli bianchi, globuli rossi, batteri e bilirubina.

ASSISTENZA TECNICA E INFORMAZIONI PER GLI ORDINI

SOLO USA/CANADA

Tel.: 1-888-PRETERM (1-888-773-8376)
Fax: 1-508-229-2795

TUTTI GLI ALTRI PAESI

Rivolgersi al rappresentante Hologic di zona o chiamare:
Tel.: 00800 800 29892

Per ulteriori contatti, visitare il sito Web www.ffntest.com

© 2017 Hologic, Inc. Tutti i diritti riservati.

Hologic, PeriLynx, Rapid fFN e/o i relativi loghi sono marchi commerciali e/o registrati di Hologic, Inc. e/o delle società affiliate negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Tutti gli altri marchi commerciali, registrati e i nomi prodotto sono di proprietà dei rispettivi titolari.



Non riutilizzare



Numero di catalogo



Dispositivo medicale diagnostico *in vitro*.



Utilizzare entro



Produttore



Limitazione di temperatura: 2°–25 °C



Codice lotto



Rappresentante autorizzato nella Comunità Europea



Consultare le istruzioni per l'uso



Hologic, Inc. • 1240 Elko Drive • Sunnyvale, CA • 94089-2212 • USA
1 (888) PRETERM • +1 (508) 263-2900 • www.hologic.com



Hologic Ltd. • Heron House, Oaks Business Park, Crewe Road, Wythenshawe, Manchester,
M23 9HZ UK • +44 (0)161 946 2206

*Rapid*fFN[®]Test