

## Odberová súprava na priame vloženie so zachytávacím uzáverom Hologic® – CLASSIQSwabs™

### Určené použitie

Odberová súprava na priame vloženie so zachytávacím uzáverom Hologic® – CLASSIQSwabs™ je určená na použitie lekárom pri odbere preparátov výterov z hrdla alebo nosa a pacientom na odber preparátov výterov z nosa v zdravotníckych zariadeniach na testovanie rozbormi Hologic za účelom detektie RNA vírusu SARS-CoV-2, vírusu influenzu A (chrípka A) a/alebo vírusy influenzu B (chrípka B).

### Dodané materiály

**100 odberových súprav na priame vloženie so zachytávacím uzáverom Hologic – CLASSIQSwabs™ (kat. č. PRD-06951)**

Každá súprava obsahuje:

Komponent	Množstvo	Opis
Tampón	1	Samostatne zabalený, sterilný tampón
Skúmovka na priame vloženie so zachytávacím uzáverom	1	Skúmovka obsahujúca médium na transport preparátu (STM), 2,9 ml

### Varovania a bezpečnostné opatrenia

- A. Pred otvorením odberovej súpravy si umyte ruky mydlom.
- B. Používajte len dodaný tampón. Ak nepoužijete dodaný tampón, môže to zneplatniť výsledky testu.
- C. Nepoužívajte, ak je tampón viditeľne poškodený (napr. ak je zlomený hrot alebo držadlo).
- D. Pred odberom tampón neohýbajte ani netvarujte. Nepoužívajte nadmernú silu, tlak ani ohýbanie, keď odoberáte preparát. Mohlo by to viesť k náhodnému zlomeniu tampónu.
- E. Adhézia vlákien k držadlu bola testovaná pri okamžitom odbere preparátu: dlhší kontakt tampónu a oblasti odberu môže spôsobiť odpojenie vlákien.
- F. Neaplikujte médium na transport preparátu priamo na pokožku, sliznice, ani ho neužívajte vnútorne.
- G. Vzorky môžu byť infekčné. Pri manipulácii s preparátmi dodržujte univerzálne bezpečnostné opatrenia. S preparátmi môžu manipulovať len osoby primerane vyškolené v zaobchádzaní s infekčnými materiálmi.
- H. Dávajte pozor, aby ste sa počas krokov manipulácie s preparátm vyhli skríženej kontaminácii. Preparáty môžu obsahovať extrémne vysoké hladiny patogénov. Uistite sa, že nádoby na preparáty sa navzájom nedotýkajú, a použité materiály zlikvidujte bez toho, aby prešli ponad nádoby. Ak prídu rukavice do kontaktu s preparátom, vymeňte si ich, aby ste predišli skríženej kontaminácii.
- I. Ak sa obsah transportnej skúmovky kedykolvek počas postupu odberu vyleje, použite novú odberovú súpravu na priame vloženie so zachytávacím uzáverom Hologic – CLASSIQSwabs. Ak nepoužijete novú súpravu, môže to zneplatniť výsledky testu.

- J. Počas prepravy zachovajte príslušné podmienky na uchovávanie, aby ste zaistili integritu preparátu. Stabilita preparátov za prepravných podmienok iných, ako sú odporúčané, nebola hodnotená.
- K. Súpravu po dátume exspirácie nepoužívajte na odber preparátov.

## Požiadavky na uchovávanie súpravy

Odberovú súpravu uchovávajte pri izbovej teplote (15 °C až 30 °C).

## Výkon preparátov pre odberovú súpravu na priame vloženie so zachytávacím uzáverom – CLASSIQSwabs

Výkonné charakteristiky rozboru pre typy preparátov odobrané pomocou odberovej súpravy na priame vloženie so zachytávacím uzáverom Hologic – CLASSIQSwabs sú uvedené v príslušnom príbalovom letáku na použitie s rozbormi Hologic®. Príbalové letáky rozborov Hologic si môžete prezerať online na webovej stránke [www.hologic.com](http://www.hologic.com).

Pri odbere viacerých preparátov od jedného pacienta štítok skúmavky obsahuje pole na zaznamenanie každého jedinečného zdroja preparátu.

## Odber a manipulácia s tampónmi so vzorkami z hrdla

Pokyny na odber vzorky hrdla pomocou tampónu:

1. Obal tampónu čiastočne otvorte odlúpnutím. Vyberte tampón. Nedotýkajte sa mäkkého hrotu tampónu ani ho nikde nekladte. Ak ste sa dotkli mäkkého hrotu, ak ste tampón niekom položili alebo ak vám spadol, musíte použiť novú odberovú súpravu na priame vloženie so zachytávacím uzáverom Hologic – CLASSIQSwabs.
2. Tampón držte tak, aby palec a ukazovák boli v strede držadla tampónu a zakrývali ryhu na držadle. Nedržte tampón pod ryhou.
3. Tampón opatrne vsuňte do prvej nosnej dierky, kým nepocítiťte odpor na úrovni nosovej mušle (1/2 až 3/4 palca alebo 1,25 až 2 cm v nosnej dierke) Otočte tampónom minimálne 4-krát miernym tlakom čo najviac proti stene v prednej časti nosných dierok krúživým pohybom (približne 10 – 15 sekúnd v každej nosnej dierke) a potom tampón z dierky vyberte.
4. Držte tampón tou istou rukou a odskrutkujte uzáver skúmavky. Dávajte pozor, aby ste nevyliali obsah skúmavky. Ak sa obsah skúmavky vyleje, použite novú odberovú súpravu na priame vloženie so zachytávacím uzáverom Hologic – CLASSIQSwabs.
5. Tampón ihneď vložte do prepravnej skúmavky tak, aby bola ryha pri hornom okraji skúmavky.
6. Držadlo tampónu opatrne zlomte v mieste ryhy zatlačením držadla o skúmavku.
7. Hornú časť držadla ihneď odhodte.
8. Dôkladne utiahnite uzáver skúmavky.

## Odber a manipulácia s preparátmi výterov z nosa

Pokyny na odber preparátov výterov z nosa:

1. Obal tampónu čiastočne otvorte odlúpnutím. Vyberte tampón. Nedotýkajte sa mäkkého hrotu tampónu ani ho nikde nekladte. Ak ste sa dotkli mäkkého hrotu, ak ste tampón niekom položili alebo ak vám spadol, musíte použiť novú odberovú súpravu na priame vloženie so zachytávacím uzáverom Hologic – CLASSIQSwabs.

2. Tampón držte tak, aby palec a ukazovák boli v strede držadla tampónu a zakrývali ryhu na držadle. Nedržte tampón pod ryhou.
3. Opatrne vložte tampón do prvej nosnej dierky, kým neucítite odpor na úrovni nosových mušlí ( $\frac{1}{2}$  až  $\frac{3}{4}$  palca alebo 1,25 až 2 cm v nosnej dierke). Otáčajte tampón so stredným tlakom čo najviac oproti stene predných oblastí nosných dierok v dráhe veľkých kruhov vnútri nosa minimálne 4-krát (pričíne 10 – 15 sekúnd/nosná dierka) oproti stene nosa a vyberte ho z nosnej dierky.
4. Rovnaký tampón opatrne vložte do druhej nosnej dierky, kým neucítite odpor na úrovni nosových mušlí ( $\frac{1}{2}$  až  $\frac{3}{4}$  palca alebo 1,25 až 2 cm v nosnej dierke). Otáčajte tampón so stredným tlakom čo najviac oproti stene predných oblastí nosných dierok v dráhe veľkých kruhov vnútri nosa minimálne 4-krát (pričíne 10 – 15 sekúnd/nosná dierka) a vyberte ho z nosnej dierky.
5. Držte tampón tou istou rukou a odskrutkujte uzáver skúmavky. Dávajte pozor, aby ste nevyliali obsah skúmavky. Ak sa obsah skúmavky vyleje, použite novú odberovú súpravu na priame vloženie so zachytávacím uzáverom Hologic – CLASSIQSwabs.
6. Tampón ihneď vložte do prepravnej skúmavky tak, aby bola ryha pri hornom okraji skúmavky.
7. Držadlo tampónu opatrne zlomte v mieste ryhy zatlačením držadla o skúmavku.
8. Hornú časť držadla ihneď odhodťte.
9. Dôkladne utiahnite uzáver skúmavky.

**Poznámka:** Jednoduché krúženie tampónom oproti jednej časti vnútra nosa alebo nechanie tampónu v nose po dobu 10 – 15 sekúnd nie je správnu technikou a môže viesť k nedostatočnej vzorke.

## Transport preparátov a skladovanie

Preparáty výterov sú určené na transport do laboratória v dodanom médiu na transport preparátov a skúmavky na použitie s rozborom Hologic na detekciu vírusu SARS-CoV-2, chrípky A a/alebo chrípky B. Správne podmienky uchovávania preparátov nájdete v príslušnom príbalovom letáku rozboru Hologic.

**Poznámka:** Vzorky sa musia prepravovať v súlade s platnými národnými a medzinárodnými usmerneniami.

## Obmedzenia

- A. Túto súpravu používajte len s príslušnými rozbormi Hologic. Ich výkon neboli stanovený v kombinácii s inými produktmi.
- B. Pri odbere preparátov od jednotlivcov s podozrením na infekciu vírusom SARS-CoV-2 používajte vhodné osobné ochranné pomôcky (PPE), ako je uvedené v dokumente CDC Interim Laboratory Biosafety Guidelines for Handling and Processing Specimens Associated with 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV) (Predbežné usmernenia ohľadom laboratórnej biologickej bezpečnosti pri manipulácii a spracovávaní vzoriek spojených s novým koronavírusom 2019).<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Odporúčanie pre biologickú bezpečnosť v laboratóriu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) týkajúce sa koronavírusu (COVID-19): dočasné odporúčanie. [https://www.who.int/publications/item/laboratorybiosafety-guidance-related-to-coronavirus-disease-\(covid-19\)](https://www.who.int/publications/item/laboratorybiosafety-guidance-related-to-coronavirus-disease-(covid-19)).



IVD

CE

Hologic, Inc.

10210 Genetic Center Drive  
San Diego, CA 92121 USA

EC REP

Hologic BV  
Da Vinci laan 5  
1930 Zaventem  
BelgiumUK  
CAZodpovedná osoba v Spojenom kráľovstve:  
Hologic Ltd.  
Oaks Business Park, Crewe Road  
Wythenshawe, Manchester, M23 9HZ  
Spojené kráľovstvo

E-mailovú adresu a telefónne číslo technickej podpory a zákazníckeho servisu pre jednotlivé krajiny nájdete na stránke [www.hologic.com/support](http://www.hologic.com/support).

Hologic, Aptima a súvisiace logá sú ochranné známky a/alebo registrované ochranné známky spoločnosti Hologic, Inc. a/alebo jej pobočiek v USA a/alebo v iných krajinách.

Akékoľvek ďalšie ochranné známky, ktoré môžu byť vyobrazené na tomto príbalovom letáku, sú majetkom príslušných vlastníkov.

Výrobok je chránený jedným alebo viacerými patentmi Spojených štátov, ktoré sú uvedené na webovej stránke [www.hologic.com/patents](http://www.hologic.com/patents).

©2021 Hologic, Inc. Všetky práva vyhradené.

AW-20100-3201 Rev. 003

2021-07