

Soluzione per il risciacquo ThinPrep™ Stain

Istruzioni per l'uso



USO PREVISTO

La soluzione per il risciacquo ThinPrep™ Stain viene utilizzata nella procedura di colorazione di Papanicolaou insieme alla soluzione per la colorazione nucleare ThinPrep Stain, alla soluzione azzurrante ThinPrep Stain, alla soluzione Orange G ThinPrep Stain e alla soluzione EA ThinPrep Stain. Per uso professionale.

RIASSUNTO E SPIEGAZIONE

La soluzione per il risciacquo ThinPrep Stain è una soluzione detergente acquosa che rimuove la soluzione per la colorazione nucleare ThinPrep Stain in eccesso dai componenti cellulari dei campioni citologici su vetrini.

PRINCIPIO DEL PROCEDIMENTO

Se utilizzata con le soluzioni coloranti ThinPrep Stain e i campioni citologici su vetrini, la soluzione per il risciacquo ThinPrep Stain consente di rimuovere dai componenti cellulari la soluzione per la colorazione nucleare ThinPrep Stain in eccesso, migliorare la colorazione nucleare e identificare meglio il citoplasma.

COMPOSIZIONE

Soluzione acquosa di surfattante brevettato.

AVVERTENZE

Per uso diagnostico *in vitro*.

Non indicata per uso esterno o interno su persone o animali. Il contatto può causare irritazioni.

PRECAUZIONI

Evitare il contatto con gli occhi.

Utilizzare guanti e protezioni per gli occhi quando si manipola la soluzione.

Tenere chiuso il contenitore quando non direttamente utilizzato.

Non sono stati valutati i risultati ottenuti su campioni citologici non ThinPrep.

Non utilizzare se la confezione è danneggiata.

TRATTAMENTO PRELIMINARE

Non sono necessarie la ricostituzione, la miscelazione o la diluizione.

CONSERVAZIONE

Conservare la soluzione per il risciacquo ThinPrep Stain non utilizzata a una temperatura compresa tra 15 °C e 30 °C nel contenitore fornito. Non utilizzare la soluzione per il risciacquo ThinPrep Stain oltre la data di scadenza indicata sul contenitore.

ASPETTO E INTEGRITÀ

Soluzione trasparente, non sterile.

PRELIEVO E PREPARAZIONE DEI CAMPIONI

Da utilizzarsi con campioni citologici ginecologici allestiti con qualsiasi processore ThinPrep™.

PROCEDURA

Consultare il manuale d'uso ThinPrep Stain per i protocolli di colorazione specifici.

Soluzione per il risciacquo ThinPrep™ Stain

LIMITAZIONI ALL'USO

Utilizzare in conformità alle istruzioni contenute nel manuale d'uso ThinPrep Stain. La soluzione per il risciacquo ThinPrep Stain non può essere sostituita con alcun'altra soluzione.

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA E PRESTAZIONI

Quando viene utilizzata su vetrini con campioni citologici in base alle istruzioni fornite, la soluzione per il risciacquo ThinPrep Stain rimuove dai componenti cellulari la soluzione per la colorazione nucleare ThinPrep Stain in eccesso.

In caso di incidente grave correlato a questo dispositivo o a qualsiasi componente utilizzato con questo dispositivo, segnalarlo all'assistenza tecnica Hologic e all'autorità competente locale per il paziente e/o l'utente.

Consultare il manuale dell'operatore del ThinPrep Imaging System.

SMALTIMENTO

Smaltire conformemente a tutte le normative applicabili.

MISURE DI PRIMO INTERVENTO

Non è previsto alcun effetto nocivo. Visitare il sito www.hologicds.com per la scheda di sicurezza completa.

Cronologia delle revisioni

Revisione	Data	Descrizione
AW-24890-702 Rev. 001	3-2022	Chiarimento delle istruzioni. Integrazione delle istruzioni per la segnalazione di incidenti gravi.



Fabbricante



Mandatario nella
Comunità Europea



Codice lotto



Consultare le istruzioni per l'uso



Numero di listino



Limiti di temperatura



Dispositivo medico-diagnostico
in vitro



Data di scadenza



Aprire qui



Quantità



Prodotto negli USA



UK Conformity Assessed
(Gran Bretagna)



Il prodotto soddisfa i requisiti per il marchio CE conformemente al Regolamento dell'Unione Europea relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro (IVD) 2017/746.



Attenzione: la legge federale degli Stati Uniti limita la vendita del presente dispositivo ai medici o su prescrizione medica o agli specialisti del settore autorizzati dalle leggi dei singoli Stati a utilizzare o prescrivere l'utilizzo del dispositivo. Tali specialisti avranno formazione ed esperienza idonee all'utilizzo del prodotto.



Hologic, Inc. • 250 Campus Drive • Marlborough, MA 01752 USA • Tel: +1-508-263-2900 • www.hologic.com



Hologic BV • Da Vincilaan 5 • 1930 Zaventem • Belgio • Tel: +32 2 711 46 80

Sponsor australiano: Hologic (Australia and New Zealand) Pty Ltd. • Suite 302, Level 3 • 2 Lyon Park Road Macquarie Park NSW 2113 • Australia • Tel: 02 9888 8000

Persona responsabile per il Regno Unito: Hologic, Ltd. • Oaks Business Park • Crewe Road • Wythenshawe Manchester M23 9HZ • Regno Unito