

Разтвор ThinPrep™ Stain Orange G

Инструкции за употреба



ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Разтворът ThinPrep™ Stain Orange G е предназначен за употреба при процедури на багрене по Папаниколау съвместно с всяко ядрено багрило ThinPrep Stain, разтвор за изплакване ThinPrep Stain, разтвор за изсиняване ThinPrep Stain и разтвор ThinPrep Stain EA. За професионална употреба.

ОБОБЩЕНИЕ И ОБЯСНЕНИЕ

Разтворът ThinPrep Orange G е алкохолен разтвор, който служи за багрене на цитоплазмата на клетките върху предметни стъкла с препарати за цитологична оценка.

ПРИНЦИПИ НА ПРОЦЕДУРАТА

Когато се използва съвместно с разтворите за багрене ThinPrep и предметните стъкла с цитологични препарати, разтворът ThinPrep Orange G ще обагри цитоплазмата на клетките, без да окаже влияние върху ядреното багрене и морфологията.

СЪСТАВ

Алкохолен разтвор на етанол, метанол и изопропилов алкохол. CAS 64-17-5, CAS 67-56-1, CAS 67-63-0
Разтворът съдържа багрило Orange G.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Опасност. Запалимо. Съдържа етанол, метанол, изопропилов алкохол.

H302 – Вреден при поглъщане.

H312 – Вреден при контакт с кожата.

H319 – Причинява сериозно дразнене на очите.

H371 – Може да причини увреждане на органите.

H225 – Високо възпламеними течност и пари.

За употреба при *in vitro* диагностика. Не е за външна или вътрешна употреба при хора или животни. Не може да се направи неотровен.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

P210 – Да се пази от топлина/искри/открити пламъци/нагорещени повърхности.

P280 – Да се носят предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.

P260 – Не вдишвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли.

P308 + P313 – ПРИ явна или предполагаема експозиция: Потърсете медицински съвет/помощ.

P301 + P310 – ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се свържете с ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или лекар.

P305 + P351 + P338 – ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Изплакнете внимателно с вода в продължение на няколко минути. Отстранете контактните лещи, ако има такива и е лесно за изпълнение. Продължете изплакването.

P303 + P361 + P353 – ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Премахнете/свалете незабавно всички замърсени дрехи. Измийте кожата с вода/вземете душ.

Разтвор ThinPrep™ Stain Orange G

P304 + P340 – ПРИ ВДИШВАНЕ: Преместете пострадалия на свеж въздух и го оставете да си почива в позиция, удобна за дишане.

P403 + P233 – Съхранявайте на място с добра вентилация. Съхранявайте съда плътно затворен.

P370 + P378 – В случай на пожар: Използвайте сух пясък, суха химическа или алкохолостойчива пяна за гасене.

P501 – Изхвърляйте съдържанието/съда в съответствие с местните/регионалните/националните/международните наредби.

Измийте се добре след работа. Когато не е в пряка употреба, съхранявайте съда затворен. Използвайте с подходяща вентилация. Резултати с цитологични проби, при които не се използва ThinPrep, не са оценени. Не използвайте, ако основната опаковка е повредена.

ПРЕДВАРИТЕЛНА ОБРАБОТКА

Не се изисква разтваряне, смесване или разреждане.

СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте разтвора ThinPrep Orange G при температура от 15°C (59°F) до 30°C (86°F) в предоставения съд. Не използвайте разтвора ThinPrep Orange G след срока на годност, посочен на съда.

ВЪНШЕН ВИД И ЦЯЛОСТ

Прозрачен, нестерилен разтвор.

ВЗЕМАНЕ И ПОДГОТОВКА НА ПРОБИ

За употреба с гинекологични цитологични проби, обработени посредством процесори ThinPrep™.

ПРОЦЕДУРА

Направете справка с ръководството на потребителя на ThinPrep Stain за специфичните протоколи на багрене.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПРОЦЕДУРАТА

Трябва да се използва съгласно инструкциите, предоставени в ръководството на потребителя на ThinPrep Stain. Разтворът ThinPrep Orange G не може да бъде заменен с други разтвори.

БЕЗОПАСНОСТ И РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

При употреба съгласно указанията разтворът ThinPrep Orange G ще обагри цитоплазмата на клетките върху предметните стъкла с цитологични препарати.

Ако възникне сериозен инцидент, свързан с това изделие или с компоненти, използвани заедно с него, докладвайте за това на техническата поддръжка на Hologic и местния компетентен орган на пациента и/или потребителя.

Направете справка с ръководството на оператора за ThinPrep Imaging System.

ИЗХВЪРЛЯНЕ

Изхвърляйте в съответствие с всички приложими разпоредби.

МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар, ако не се чувствате добре. Вижте www.hologicsds.com за пълния лист с данни за безопасност.

История на редакциите

Редакция	Дата	Описание
AW-24894-3802 Ред. 001	3-2022	Изясняване на инструкциите. Добавяне на инструкции относно докладването на сериозни инциденти.

Разтвор ThinPrep™ Stain Orange G



Производител



Използвайте до



Запалимо



Направете справка с инструкциите за употреба



Партиден код



Дразнещ, дразнене на дихателните пътища, препарат, водещ до сенсibiliзация на кожата



Медицинско изделие за *in vitro* диагностика



Температурно ограничение



Дихателен сенсibiliзатор, токсичност за целеви органи



Упълномощен представител в Европейската общност



Отворете тук



Количество



Каталожен номер



Произведено в САЩ

EtOH

Етанол



Продуктът отговаря на изискванията за CE маркировка в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/746 за медицинските изделия за *in vitro* диагностика (IVD)



Оценка на съответствието в Обединеното кралство (Великобритания)



Hologic, Inc. • 250 Campus Drive • Marlborough, MA 01752, САЩ • Тел: +1-508-263-2900 • www.hologic.com



Hologic BV • Da Vincilaan 5 • 1930 Zaventem • Белгия • Тел: +32 2 711 46 80

Австралийски възложител: Hologic (Australia and New Zealand) Pty Ltd • Suite 302, Level 3 • 2 Lyon Park Road Macquarie Park NSW 2113 • Австралия • Тел: 02 9888 8000

Отговорно лице за Обединеното кралство: Hologic, Ltd. • Oaks Business Park • Crewe Road • Wythenshawe Manchester M23 9HZ • Обединеното кралство