

## Test EBV Quant Assay (Panther Fusion™)

Réservé au diagnostic *in vitro*

Réservé à l'exportation américaine

### TABLE DES MATIÈRES

<b>Informations générales</b> .....	<b>2</b>
Usage prévu .....	2
Résumé et explication du test .....	2
Principe de la procédure .....	2
Avertissements et précautions .....	3
Conditions de conservation et de manipulation des réactifs .....	6
Prélèvement, traitement et conservation des échantillons .....	7
Échantillons placés à bord du Panther Fusion System .....	8
Transport des échantillons .....	8
<b>Panther Fusion System</b> .....	<b>9</b>
Réactifs et matériels fournis .....	9
Matériels requis et disponibles séparément .....	10
Matériel facultatif .....	11
Procédure de test pour le Panther Fusion System .....	11
Remarques concernant la procédure .....	13
<b>Contrôle de la qualité</b> .....	<b>15</b>
Étalonnage du test .....	15
Contrôles négatifs et positifs .....	15
Contrôle interne .....	15
<b>Interprétation des résultats</b> .....	<b>16</b>
<b>Limites</b> .....	<b>17</b>
<b>Performance</b> .....	<b>18</b>
Seuil de détection à l'aide du 1er étalon de référence international de l'OMS .....	18
Plage linéaire .....	18
Limite inférieure de quantification avec le 1er étalon de référence international de l'OMS .....	19
Confirmation de la limite inférieure de quantification pour tous les génotypes du virus EBV .....	20
Traçabilité au 1er étalon de référence international de l'OMS .....	21
Substances potentiellement interférentes .....	21
Spécificité analytique .....	23
Corrélation de la méthode .....	24
Contamination de transfert ou croisée .....	24
<b>Bibliographie</b> .....	<b>25</b>
<b>Coordonnées</b> .....	<b>26</b>

## Informations générales

### Usage prévu

Le test Panther Fusion™ EBV Quant assay est un test d'amplification de l'acide nucléique *in vitro* par PCR en temps réel (RT-PCR) entièrement automatisé pour la quantification de DNA du virus Epstein-Barr (EBV) humain dans le plasma EDTA et les échantillons de sang total humains.

Le test Panther Fusion EBV Quant assay est prévu pour faciliter le diagnostic et la prise en charge des patients ayant fait l'objet d'une transplantation d'organes solides et d'une transplantation de cellules souches hématopoïétiques.

L'utilisation du test Panther Fusion EBV Quant assay n'est pas indiquée pour le dépistage du virus EBV dans le sang ou les produits sanguins. Ce test est conçu pour une utilisation sur le Panther Fusion System.

### Résumé et explication du test

Le virus EBV est un virus ubiquitaire à DNA double brin linéaire de 172 kb qui appartient à la famille de l'herpès. Il existe deux principaux génotypes du virus EBV : les types 1 et 2 ; ils se distinguent par des différences dans le gène EBNA-2.

Après une primo-infection, le virus EBV pénètre dans les lymphocytes B circulants et reste ensuite en latence. On estime que 90 % de la population mondiale est infectée par le virus EBV.<sup>1</sup> Chez les personnes immunocompétentes, l'infection par le virus EBV peut rester asymptomatique pendant l'enfance. Cependant, l'infection par le virus EBV peut provoquer une mononucléose infectieuse<sup>2</sup> chez l'adulte. Elle est également associée à différents types de cancers : lymphomes, leucémies, tumeurs malignes épithéliales et cancer de l'estomac.<sup>3</sup>

Chez les personnes immuno-déprimées, comme les patients greffés et les personnes infectées par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH), la réactivation du virus EBV peut provoquer une lymphoprolifération maligne ; elle est également une cause importante de morbidité et de mortalité. La majorité de ces tumeurs associées au virus EBV, connues sous le nom de « maladie lymphoproliférative post-transplantation » (PTLD, post-transplant lymphoproliferative disease), apparaît dans la première année suivant la transplantation.<sup>3</sup>

Le test quantitatif d'amplification de l'acide nucléique d'échantillons de sang total ou de plasma constitue la meilleure méthode de surveillance de l'infection au virus EBV et de la maladie chez les patients greffés, car il est rapide, sensible, pratique et non invasif. Les directives récentes recommandent une surveillance hebdomadaire de la charge virale en virus EBV pour décider de l'introduction d'un traitement anti-EBV et pour surveiller la réponse au traitement.<sup>4</sup>

En général, plus les valeurs de charge virale sont élevées, plus le risque de maladie associée au virus EBV augmente.<sup>5</sup> Ainsi, la quantification du DNA du virus EBV associée à l'examen clinique et aux autres marqueurs biologiques est essentielle dans la prise en charge des patients infectés par le virus EBV.

### Principe de la procédure

Le Panther Fusion System automatise entièrement le traitement des échantillons, notamment la lyse des cellules, la capture de l'acide nucléique, l'amplification et la détection pour le test Panther Fusion EBV Quant assay. Le test Panther Fusion EBV Quant assay cible le gène EBNA-1 hautement conservé pour garantir une quantification précise du DNA du virus EBV. Le test est standardisé sur le 1<sup>er</sup> étalon de référence international de l'OMS (code NIBSC : 09/260) pour le virus EBV.<sup>6</sup>

**Traitement des échantillons et capture de l'acide nucléique :** un contrôle interne (IC-B) est automatiquement ajouté à chaque échantillon grâce au réactif-B de capture Fusion de travail (wFCR-B, working Fusion Capture Reagent-B). Il sert à détecter les interférences liées à un défaut de réactif ou à des substances inhibitrices, pendant le traitement, l'amplification et la détection des échantillons. Les échantillons sont d'abord ajoutés au réactif-B de capture Fusion (FCR-B) et au réactif-B activateur Fusion (FER-B) pour libérer l'acide nucléique et permettre l'hybridation aux particules magnétiques. Les particules de capture sont ensuite séparées de la matrice résiduelle de l'échantillon dans un champ magnétique, par une série de lavages avec un détergent doux. L'acide nucléique capturé est ensuite élué des particules magnétiques avec un réactif de faible force ionique (Tampon d'éluion Panther Fusion Elution Buffer).

**Remarque :** le Panther Fusion System ajoute l'IC-B au FCR-B. Le FCR-B devient alors wFCR-B.

**Amplification par PCR et détection de la fluorescence :** une dose de mélange principal PCR lyophilisé est reconstituée avec le tampon de reconstitution Panther Fusion I puis elle est combinée à l'acide nucléique élué dans un tube réactionnel. Le réactif huileux Panther Fusion est ajouté pour empêcher l'évaporation pendant la réaction PCR. L'amplification de la cible par PCR est ensuite réalisée avec des amorces sens et antisens spécifiques de la cible et une sonde générant un signal de fluorescence.

Le Panther Fusion System fournit une valeur de Ct proportionnelle à la concentration en virus EBV dans les échantillons du test. La concentration de l'échantillon est calculée par le logiciel du Panther Fusion System grâce aux valeurs de Ct en EBV pour chaque réaction et en les comparant aux données d'étalonnage. Les résultats pour le virus EBV sont indiqués en UI/mL et  $\log_{10}$  UI/mL pour les échantillons de plasma. Les cibles et les canaux utilisés pour leur détection sur le Panther Fusion System sont résumés dans le tableau ci-dessous :

Cible	Gène ciblé	Canal de l'appareil
EBV	EBNA-1	HEX
Contrôle interne	Sans objet	Quasar 705

## Avertissements et précautions

- A. Réservé au diagnostic *in vitro*.
- B. Réservé à un usage professionnel.
- C. Lire attentivement l'intégralité de la notice du test et le *Manuel de l'opérateur du Panther/ Panther Fusion System* avant de réaliser ce test.
- D. Le réactif Panther Fusion Enhancer Reagent-B (FER-B) est corrosif, nocif en cas d'ingestion ; il provoque de graves brûlures cutanées et des lésions oculaires.
- E. Seul le personnel dûment formé à l'utilisation de ce test et à la manipulation de matériel potentiellement infectieux peut effectuer ces procédures. En cas de déversement, désinfecter immédiatement conformément aux procédures appropriées de l'établissement.
- F. Les échantillons peuvent présenter un risque infectieux. Respecter les précautions universelles pour réaliser ce test. Le responsable du laboratoire doit établir des procédures adaptées de manipulation et d'élimination des déchets. Seul le personnel formé à la manipulation des substances infectieuses doit être autorisé à effectuer cette procédure diagnostique.<sup>7</sup>

- G. Respecter les précautions de laboratoire habituelles. Ne pas pipeter avec la bouche. Ne pas manger, boire, ni fumer dans les zones de travail signalées. Porter des gants sans poudre jetables, des lunettes de protection et une blouse de laboratoire pour manipuler les échantillons et les réactifs. Se laver soigneusement les mains après avoir manipulé les échantillons et les réactifs.
- H. N'utiliser que le matériel de laboratoire jetable fourni ou recommandé.
- I. Les plans de travail, les pipettes et les autres matériels doivent être régulièrement décontaminés avec une solution d'hypochlorite de sodium entre 2,5 % et 3,5 % (0,35 M à 0,5 M).
- J. Éliminer tout matériel ayant été en contact avec les échantillons et les réactifs conformément aux réglementations nationales, internationales et régionales.
- K. Maintenir des conditions de conservation appropriées pendant le transport des échantillons pour préserver leur intégrité. La stabilité des échantillons dans des conditions de transport autres que celles recommandées n'a pas été évaluée.
- L. Éviter toute contamination croisée lors des étapes de manipulation des échantillons. Veiller particulièrement à éviter toute contamination par la diffusion d'aérosols lors du débouchage ou de l'ouverture des échantillons. Les échantillons peuvent contenir des taux extrêmement élevés de virus ou d'autres organismes. Veiller à éviter tout contact entre les différents tubes d'échantillons et à ne pas passer au-dessus d'un récipient ouvert pour éliminer du matériel usagé. Changer de gants en cas de contact avec les échantillons.
- M. Ne pas utiliser les réactifs, les calibrateurs ni les contrôles après leur date de péremption.
- N. Conserver les composants du test dans les conditions de conservation recommandées. Voir *Conditions de conservation et de manipulation des réactifs et Procédure de test pour le Panther Fusion System* pour des informations plus détaillées.
- O. Ne pas mélanger les réactifs de test ou les liquides. Ne pas compléter les niveaux de réactifs ou de fluides ; le Panther Fusion System vérifie les niveaux des réactifs.
- P. Veiller à éviter de contaminer les réactifs par des agents microbiologiques ou des nucléases.
- Q. Les exigences de contrôle de la qualité doivent être suivies conformément aux réglementations locales et nationales ou aux exigences d'accréditation et aux procédures de contrôle de la qualité classiques du laboratoire.
- R. Ne pas utiliser la cartouche de test si le sachet de stockage n'est plus étanche ou si le film de la cartouche de test n'est pas intact. Dans ces cas, contacter le service technique de Hologic.
- S. Ne pas utiliser les packs de liquides si l'opercule n'est pas intact. Dans ce cas, contacter le service technique de Hologic.
- T. Manipuler les cartouches de test avec précaution. Ne pas laisser tomber ni inverser les cartouches de test. Éviter l'exposition prolongée à la lumière ambiante.
- U. Certains réactifs de ce kit sont étiquetés avec des symboles de risque et de sécurité.

**Remarque :** la signalisation des risques reflète les classifications des fiches de données de sécurité (FDS) de l'UE. Pour obtenir des informations sur les mentions de risques spécifiques à la région, consulter la FDS spécifique à la région dans la Safety Data Sheet Library (Bibliothèque des fiches de données de sécurité) à l'adresse [www.hologicds.com](http://www.hologicds.com). Pour plus d'informations sur les symboles, consulter la légende des symboles à l'adresse [www.hologic.com/package-inserts](http://www.hologic.com/package-inserts).

<b>Informations sur les dangers pour l'UE</b>	
—	<p><b>Panther Fusion EBV Quant Assay Cartridge</b> <i>ALPHA-CYCLODEXTRIN 20-25 %</i></p> <p>H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme P273 - Éviter le rejet dans l'environnement P280 - Porter un équipement de protection des yeux/du visage</p>
	<p><b>Panther Fusion Oil</b> <i>POLYDIMETHYLSILOXANE 100 %</i></p> <p><b>AVERTISSEMENT</b> H315 - Provoque une irritation cutanée H319 - Provoque une sévère irritation des yeux</p>
  	<p><b>Panther Fusion Enhancer Reagent Rgt (FER-B)</b> <i>LITHIUM HYDROXIDE, MONOHYDRATE 5-10 %</i></p> <p><b>DANGER</b> H302 - Nocif en cas d'ingestion H314 - Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux P260 - Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage P303 + P361 + P353 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : enlever immédiatement les vêtements contaminés ; rincer la peau à l'eau/se doucher. P305 + P351 + P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P310 - Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin</p>

## Conditions de conservation et de manipulation des réactifs

A. Le tableau suivant présente les exigences de conservation et de manipulation pour ce test.

Réactif	Conservation non ouvert	Stabilité à bord/ après ouverture <sup>1</sup>	Conservation après ouverture
Cartouche Panther Fusion EBV Quant Assay Cartridge	2 °C à 8 °C	60 jours	2 °C à 8 °C <sup>2</sup>
Réactif Panther Fusion Capture Reagent-B (FCR-B)	15 °C à 30 °C	30 jours	15 °C à 30 °C
Réactif Panther Fusion Enhancer Reagent-B (FER-B)	15 °C à 30 °C	30 jours	15 °C à 30 °C
Contrôle-B interne Panther Fusion Internal Control-B (IC-B)	2 °C à 8 °C	(Dans le wFCR-B)	Sans objet
Tampon d'éluion Panther Fusion	15 °C à 30 °C	60 jours	15 °C à 30 °C
Huile Panther Fusion Oil	15 °C à 30 °C	60 jours	15 °C à 30 °C
Tampon I de reconstitution Panther Fusion	15 °C à 30 °C	60 jours	15 °C à 30 °C
Calibrateurs Panther Fusion EBV Quant Calibrators (1-5)	-15 °C à -35 °C	Flacon à usage unique	Sans objet – À usage unique
Contrôle positif fort Panther Fusion EBV–BKV Quant High Positive Control	-15 °C à -35 °C	Flacon à usage unique	Sans objet – À usage unique
Contrôle positif faible Panther Fusion EBV–BKV Quant Low Positive Control	-15 °C à -35 °C	Flacon à usage unique	Sans objet – À usage unique
Contrôle négatif de transplantation (III) Panther Fusion Transplant Negative Control (III)	-15 °C à -35 °C	Flacon à usage unique	Sans objet – À usage unique

Replacer immédiatement les réactifs à la bonne température de conservation dès leur retrait du Panther Fusion System.

<sup>1</sup> La stabilité à bord commence lorsque le réactif est installé sur le Panther Fusion System pour la cartouche du test Panther Fusion EBV Quant assay, le FCR-B, le FER-B et l'IC-B. La stabilité à bord commence à la première utilisation du réactif pour le tampon de reconstitution I Panther Fusion, le tampon d'éluion Panther Fusion et le réactif huileux Panther Fusion.

<sup>2</sup> Si la cartouche de test est enlevée du Panther Fusion System, la conserver dans un récipient hermétique avec dessiccateur, à la température de stockage recommandée.

- B. Le réactif-B de capture Panther Fusion de travail (wFCR-B) et le réactif-B activateur Panther Fusion (FER-B) sont stables pendant 60 jours lorsqu'ils sont conservés bouchés entre 15 °C et 30 °C. Ne pas réfrigérer.
- C. Jeter tout réactif inutilisé qui a dépassé sa durée de stabilité.
- D. Éviter toute contamination croisée pendant la manipulation et le stockage des réactifs.
- E. **Ne pas congeler les réactifs.**
- F. **Ne pas congeler les contrôles ni les calibrateurs.**

## Prélèvement, traitement et conservation des échantillons

**Spécimen** : matériel clinique prélevé sur un patient et placé dans un système de transport approprié. Pour le test Panther Fusion EBV Quant assay, ceci comprend les échantillons de sang total prélevés dans des tubes contenant des anticoagulants EDTA ou des tubes de préparation du plasma (PPT).

**Échantillon** : terme plus générique pour décrire toute substance à tester sur le Panther Fusion system, notamment spécimens, calibrateur et contrôles.

**Remarque** : manipulez tout échantillon comme s'il était susceptible de contenir des agents potentiellement infectieux. Respecter les précautions universelles.

**Remarque** : éviter toute contamination croisée pendant les étapes de manipulation des échantillons. Par exemple, veiller à ne pas passer au-dessus de tubes ouverts lors de l'élimination de matériels usagés.

**Remarque** : seuls des tubes secondaires en plastique sont recommandés pour le stockage des échantillons.

### A. Prélèvement d'échantillon

Les échantillons de sang total prélevés dans les tubes en verre ou en plastique suivants peuvent être utilisés pour préparer le plasma :

- Tubes contenant de l'anticoagulant EDTA
- Tubes de préparation du plasma (PPT)

### B. Traitement des échantillons

1. Plasma : le sang total peut être entreposé entre 2 °C et 30 °C et doit être centrifugé dans les 24 heures suivant le prélèvement de l'échantillon. Le plasma peut être préparé à partir de tubes primaires EDTA ou PPT. Séparer le plasma du culot de globules rouges en respectant les instructions du fabricant du tube utilisé. Le plasma peut être analysé sur le Panther Fusion System directement dans un tube primaire ou transféré dans un tube secondaire comme le tube d'aliquote d'échantillon Aptima (SAT).

Pour garantir un volume d'échantillon suffisant, consulter le tableau suivant :

Tableau 1 : Volume minimal d'échantillon

Tube (taille et type)	Volume minimal pour 1 réplicat
Tube d'aliquote d'échantillon Aptima (SAT)	0,6 mL
12 x 75 mm	0,9 mL
13 x 100 mm	0,9 mL
13 x 100 mm avec gel	0,7 mL
16 x 100 mm avec gel	1,1 mL

Si le plasma n'est pas analysé immédiatement, il peut être conservé dans les conditions décrites dans la section *Conditions de conservation des échantillons*. S'il a été transféré dans un tube secondaire, le plasma peut être congelé à -20 °C ou -70 °C. Ne pas congeler les échantillons de plasma dans des tubes de prélèvement primaires EDTA.

### C. Conditions de conservation des échantillons

Les échantillons peuvent être stockés dans les conditions suivantes :

#### 1. Stabilité du plasma

- Les échantillons non traités sont stables pendant 24 heures entre 2 °C et 30 °C après centrifugation.
- Les échantillons non traités sont stables pendant 5 jours entre 2 °C et 8 °C après centrifugation.
- Les échantillons non traités et traités sont stables pendant 60 jours à -20 °C ou à -70 °C.

### Échantillons placés à bord du Panther Fusion System

Les échantillons de plasma peuvent rester chargés sans bouchon sur le Panther Fusion System pendant maximum 8 heures. Les échantillons peuvent être retirés du Panther Fusion System puis analysés tant que la durée totale une fois chargés n'excède pas 8 heures avant le pipetage de l'échantillon par le Panther Fusion System.

### Transport des échantillons

Maintenir les conditions de conservation des échantillons pendant le transport, comme indiqué dans la section *Prélèvement, traitement et conservation des échantillons*.

**Remarque** : *l'expédition des échantillons doit s'effectuer conformément aux réglementations locales, nationales et internationales en vigueur en matière de transport.*

## Panther Fusion System

Le Panther Fusion System est un système de test de l'acide nucléique intégré permettant d'automatiser toutes les étapes de réalisation des tests Panther Fusion : le traitement de l'échantillon, l'amplification, la détection et la réduction des données.

### Réactifs et matériels fournis

#### Emballage du test

Composants	Réf.	Stockage
<b>Calibrateurs Panther Fusion EBV Quant Assay Calibrators</b>		
PCAL 1 qEBV, 3 par boîte	PRD-07159	-15 °C à -35 °C
PCAL 2 qEBV, 3 par boîte		
PCAL 3 qEBV, 3 par boîte		
PCAL 4 qEBV, 3 par boîte		
PCAL 5 qEBV, 3 par boîte		
<b>Contrôles Panther Fusion EBV-BKV Quant Assay Controls</b>		
Tube de contrôle positif élevé HPC, 5 par boîte	PRD-07158	-15 °C à -35 °C
Tube de contrôle positif faible LPC, 5 par boîte		
Tube de contrôle négatif de transplantation NC III, 5 par boîte		
<b>Cartouche Panther Fusion EBV Quant Assay Cartridge pour 96 tests</b>		
Cartouche de test Panther Fusion qEBV Assay, 12 tests, 8 par boîte	PRD-07157	2 °C à 8 °C
<b>Contrôle interne Panther Fusion Internal Control-B pour 960 tests</b>		
Tube de Contrôle-B interne Panther Fusion, 4 par boîte	PRD-06234	2 °C à 8 °C
<b>Réactif Panther Fusion Extraction Reagent-B 960 Tests</b>		
Flacon de Capture Reagent-B Panther Fusion, 240 tests, 4 par boîte	PRD-06232	15 °C à 30 °C
Flacon d'Enhancer Reagent-B Panther Fusion, 240 tests, 4 par boîte		
<b>Panther Fusion Elution Buffer 2 400 Tests</b>		
Pack de tampon d'éluion Panther Fusion Elution Buffer, 1 200 tests, 2 par boîte	PRD-04334	15 °C à 30 °C
<b>Panther Fusion Reconstitution Buffer I 1 920 Tests</b>		
Tampon de reconstitution I Panther Fusion Reconstitution Buffer I, 960 tests, 2 par boîte	PRD-04333	15 °C à 30 °C
<b>Panther Fusion Oil Reagent 1 920 Tests</b>		
Réactif huileux Panther Fusion Oil Reagent, 960 tests, 2 par boîte	PRD-04335	15 °C à 30 °C

## Matériels requis et disponibles séparément

*Remarque : le matériel disponible chez Hologic est référencé, sauf indication contraire.*

Matériel	Réf. N°
Panther System	303095
Panther Fusion Module	PRD-04173
Panther Fusion System	PRD-04172
Kit de liquides de test Aptima (Solution de lavage Aptima, tampon pour solution de désactivation Aptima et réactif huileux Aptima)	303014 (1 000 tests)
Unités multi-tubes (MTU)	104772-02
Assortiment de sacs pour déchets Panther	902731
Couvre-déchets Panther	504405
Ou kit d'analyse pour le Panther System contient des MTU, des sacs pour déchets, des couvre-déchets, des liquides pour tests et les auto detect*	303096 (5 000 tests)
Embouts, 1 000 µL, avec filtre, à détection de liquide, conducteurs et jetables :  <i>les produits ne sont pas tous disponibles dans toutes les régions. Contacter le représentant pour obtenir des informations spécifiques à la région.</i>	901121 (10612513 Tecan) 903031 (10612513 Tecan) MME-04134 (30180117 Tecan) MME-04128
Plateaux de tubes Panther Fusion, 1 008 tests, 18 plateaux par boîte	PRD-04000
Bouchons pleins Hologic de rechange (bouchon de tube à usage unique)	PRD-06720 (100 bouchons par sachet)
Eau de Javel, solution d'hypochlorite de sodium de 5 % à 8,25 % (0,7 M à 1,16 M)	—
Gants sans poudre jetables	—
Protection pour paillasse de laboratoire à envers plastifié	—
Chiffons non pelucheux	—
Pipeteur	—
Embouts	—
Choix de tube de prélèvement primaire (EDTA et PPT) : 13 mm x 100 mm 12 mm x 75 mm 16 mm x 100 mm	—
Centrifugeuse	—
Mélangeur de type vortex	—

\*Nécessaire uniquement pour les tests Panther Aptima TMA.

**Matériel facultatif**

Matériel	Réf. N°
Dimensions possibles des tubes secondaires :	
12 mm x 75 mm	—
13 mm x 100 mm	—
16 mm x 100 mm	—
Pack de tubes d'aliquote d'échantillon Aptima (SAT) (100 tubes par sachet)	FAB-18184
Bouchon pour tube de transport (100/paquet) <i>bouchon pour tube SAT</i>	504415
Diluant d'échantillon Aptima	PRD-03003
Kit de diluant d'échantillon Aptima <i>contient le diluant d'échantillon Aptima, 100 SAT et 100 bouchons</i>	PRD-03503
Pipettes de transfert	—
Agitateur de tubes	—

**Procédure de test pour le Panther Fusion System**

**Remarque :** consulter le Manuel de l'opérateur du Panther/Panther Fusion System pour plus d'informations sur la procédure.

**A. Préparation de la zone de travail**

1. Essuyer les plans de travail avec une solution d'hypochlorite de sodium de 2,5 % à 3,5 % (0,35 M à 0,5 M). Laisser la solution d'hypochlorite de sodium en contact avec les surfaces pendant au moins 1 minute et rincer avec de l'eau désionisée. Ne pas laisser sécher la solution d'hypochlorite de sodium. Couvrir la surface de travail avec des protections propres absorbantes à envers plastifié pour paille de laboratoire.
2. Nettoyer un plan de travail distinct sur lequel les échantillons seront préparés. Respecter la procédure décrite ci-dessus (étape A.1).
3. Nettoyer toutes les pipettes. Respecter la procédure de nettoyage décrite ci-dessus (étape A.1).

**B. Préparation des calibrateurs et des contrôles**

Amener les calibrateurs et les contrôles entre 15 °C et 30 °C avant de procéder comme suit :

1. Retirer les calibrateurs et les contrôles de leur lieu de conservation (entre -15 °C et -35 °C) et les placer entre 15 °C et 30 °C. Tout au long de la décongélation, retourner délicatement chaque tube pour le mélanger complètement. Vérifier que le contenu du tube est complètement décongelé avant de l'utiliser.

**Option.** Les tubes de calibrateur et de contrôle peuvent être soigneusement mélangés dans un agitateur de tubes. Vérifier que le contenu du tube est complètement décongelé avant de l'utiliser.

**Remarque :** éviter la formation excessive de mousse en mélangeant par inversion les calibrateurs et les contrôles. La mousse interfère avec le détecteur de niveau du Panther Fusion System.

2. Une fois le contenu des tubes décongelé, sécher l'extérieur des tubes avec un chiffon jetable propre et sec.
3. Pour éviter toute contamination, ne pas ouvrir les tubes à ce moment.

#### C. Préparation des réactifs

1. Retirer les flacons d'IC-B, de FCR-B et de FER-B de leur lieu de stockage.
2. Mélanger le FCR-B jusqu'à ce que les billes soient complètement en suspension. Éviter la formation de mousse pendant cette étape.
3. Ouvrir les flacons d'IC-B, de FCR-B et de FER-B et jeter les bouchons. Ouvrir la porte du TCR du compartiment supérieur du Panther Fusion System.
4. Placer les flacons d'IC-B, de FCR-B et de FER-B dans les positions correspondantes sur le carrousel de TCR.
5. Fermer la porte du TCR.

**Remarque :** le Panther Fusion System ajoute l'IC-B au FCR-B. Après cela, le FCR-B est appelé wFCR-B (FCR-B de travail). Si le wFCR-B et le FER-B sont retirés du système, utiliser de nouveaux bouchons et les replacer immédiatement dans les conditions de stockage recommandées.

#### D. Manipulation des échantillons

**Remarque :** préparer les échantillons conformément aux instructions de la section *Prélèvement, traitement et conservation des échantillons* avant de les charger sur le Panther Fusion System.

Inspecter les tubes d'échantillon avant de les charger sur le portoir. Si un tube d'échantillon contient des bulles ou si son volume est inférieur à celui généralement observé, tapoter délicatement le fond du tube pour amener le contenu vers le fond.

#### E. Manipulation des échantillons de plasma

1. Vérifier que les échantillons analysés dans les tubes primaires ou les échantillons non dilués dans des tubes secondaires ont été conservés de manière appropriée, conformément à la section *Prélèvement, traitement et conservation des échantillons*.
2. Vérifier que les échantillons congelés sont entièrement décongelés. Mélanger les échantillons décongelés au vortex pendant 3 à 5 secondes pour les mélanger complètement.
3. Laisser tous les échantillons atteindre une température entre 15 °C et 30 °C avant de les analyser. Pour plus d'informations, consulter la section *Échantillons placés à bord du Panther Fusion System*.
4. Vérifier que chaque tube primaire ou secondaire contient le bon échantillon. Consulter le Tableau 1 pour connaître le volume d'échantillon minimal pour 1 réplicat.
5. Juste avant de charger les échantillons dans un portoir d'échantillons, centrifuger chaque échantillon à entre 1 000 et 3 000 g pendant 10 minutes. Ne pas retirer les bouchons à cette étape.

Voir l'étape F.2 ci-dessous pour les informations sur le chargement du portoir et le retrait des bouchons.

#### F. Préparation du système

1. Pour obtenir des instructions sur la configuration du Panther Fusion System, notamment le chargement des échantillons, des réactifs, des cartouches de test et des liquides universels, consulter le *Manuel de l'opérateur du Panther/Panther Fusion System* et les

*Remarques concernant la procédure.*

2. Charger les échantillons dans le portoir d'échantillons. Effectuer les étapes suivantes pour chaque tube d'échantillon (échantillon et, si nécessaire, calibrateurs et contrôles) :
  - a. Desserrer le bouchon de l'un des tubes d'échantillon, sans l'enlever.  
**Remarque** : éviter particulièrement toute contamination par diffusion d'aérosols. Desserrer délicatement les bouchons des échantillons.
  - b. Charger le tube d'échantillon dans le portoir d'échantillons.
  - c. Répéter les étapes 2.a et 2.b pour chaque échantillon restant.
  - d. Une fois les échantillons chargés dans le portoir d'échantillons, enlever et jeter le bouchon de chaque tube d'échantillon dans l'un des portoirs d'échantillons. Pour éviter toute contamination, ne pas passer les bouchons au-dessus d'autres portoirs d'échantillons ou tubes d'échantillons.
  - e. Utiliser une pipette de transfert jetable neuve pour éliminer les bulles ou la mousse, si nécessaire. La présence de bulles dans le tube empêche la détection du niveau par le Panther Fusion System.
  - f. Une fois le dernier bouchon retiré, charger le portoir d'échantillons dans le compartiment des échantillons.  
**Remarque** : si d'autres tests et types d'échantillons sont analysés en même temps, fixer le dispositif de rétention des échantillons avant de charger le portoir d'échantillons dans le compartiment des échantillons.
  - g. Répéter les étapes 2.a à 2.f pour le portoir d'échantillons suivant.

**Remarques concernant la procédure**

## A. Calibrateurs et contrôles

1. Les calibrateurs qEBV (5 tubes), les tubes de contrôle positif faible EBV–BKV (LPC), de contrôle positif fort EBV–BKV (HPC) et de contrôle négatif de transplantation (NC III) peuvent être chargés dans n'importe quelle position du portoir d'échantillons et dans n'importe quelle rangée du compartiment d'échantillons du Panther Fusion System. Le pipetage du calibrateur et du contrôle commence lorsque les échantillons d'EBV ont été chargés dans le système. Le pipetage des échantillons commence lorsque l'une des deux conditions suivantes est satisfaite :
  - a. les calibrateurs et les contrôles sont en cours de traitement par le système ;
  - b. les résultats valides des calibrateurs et des contrôles sont enregistrés sur le système.
2. Après le pipetage et le traitement des tubes de calibrateur et de contrôle pour le test Panther Fusion EBV Quant assay, les échantillons peuvent être testés. Les résultats de l'étalonnage sont valides pendant 60 jours et les résultats du contrôle sont valides pendant 30 jours maximum (fréquence configurée par un administrateur) **sauf si** :
  - a. les résultats du calibrateur sont non valides ;
  - b. les résultats du contrôle sont non valides.
  - c. L'opérateur demande au logiciel du Panther Fusion System d'analyser de nouveaux contrôles ou calibrateurs.
3. Un étalonnage est requis pour chaque nouveau lot de cartouche de test chargé sur le Panther Fusion System avant son utilisation pour le traitement des échantillons.

4. Chaque tube de calibrateur et de contrôle ne peut être utilisé qu'une seule fois.

## Contrôle de la qualité

### Étalonnage du test

Pour obtenir des résultats valides, l'étalonnage du test doit être réalisé. Les cinq calibrateurs positifs sont analysés en trois exemplaires chaque fois qu'un nouveau lot de cartouche de test est chargé sur le Panther Fusion System. Une fois établi, l'étalonnage du test est valide pour un maximum de 60 jours. Le logiciel du Panther Fusion system avertit l'opérateur lorsqu'un étalonnage est requis.

Pendant le traitement, le logiciel Panther Fusion vérifie automatiquement la validité de la courbe d'étalonnage. Si l'étalonnage échoue aux vérifications de validité, le Panther Fusion System invalide automatiquement les échantillons concernés et requiert l'analyse d'un nouveau jeu de calibrateurs de test avant le pipetage de tout nouvel échantillon.

Par défaut, le test traite les échantillons comme du plasma non dilué.

### Contrôles négatifs et positifs

Pour obtenir des résultats valides, un jeu de contrôles de test doit être analysé. Un réplicat du NC III (contrôle négatif de transplantation), du LPC (contrôle positif faible) et du HPC (contrôle positif fort) doit être testé chaque fois qu'un nouveau lot de cartouche de test est chargé sur le Panther Fusion System ou si le jeu de contrôles valides en cours d'utilisation pour un lot de cartouche active a expiré.

Le Panther Fusion System est configuré pour nécessiter une analyse des contrôles de test à un intervalle fixé par l'administrateur à 30 jours maximum. Le logiciel du Panther Fusion System avertit l'opérateur lorsque des contrôles de test sont nécessaires et il ne démarre pas de nouveaux tests jusqu'à ce que les contrôles de test aient été chargés et aient commencé à être traités.

Le Panther Fusion System vérifie automatiquement les critères d'acceptation des contrôles du test lors du traitement. Pour obtenir des résultats valides, les contrôles de test doivent réussir une série de vérifications de leur validité effectuée par le Panther Fusion System.

Si les contrôles de test remplissent toutes les vérifications de validité, ils sont considérés comme valides pour la durée spécifiée par l'administrateur. Lorsque la durée est écoulée, le Panther Fusion System considère les contrôles de test comme expirés et un nouveau jeu de contrôles de test est requis avant le pipetage de tout nouvel échantillon.

Si l'un des contrôles de test échoue aux vérifications de validité, le Panther Fusion System invalide automatiquement les échantillons concernés et requiert l'analyse d'un nouveau jeu de contrôles de test avant le pipetage de tout nouvel échantillon.

### Contrôle interne

Un contrôle interne est ajouté à chaque échantillon au cours du processus d'extraction. Le logiciel du Panther Fusion System vérifie automatiquement les critères d'acceptation du contrôle interne lors du traitement. La détection du contrôle interne n'est pas nécessaire pour les échantillons positifs au virus EBV. Le contrôle interne doit être détecté dans tous les échantillons négatifs au virus EBV ; les échantillons qui ne respectent pas ce critère seront signalés comme non valides. Chaque échantillon dont le résultat est non valide doit être analysé à nouveau.

Le logiciel du Panther Fusion System est conçu pour vérifier avec précision les processus lorsque les procédures sont effectuées conformément aux instructions de cette notice et du *Manuel de l'opérateur du Panther/Panther Fusion System*.

## Interprétation des résultats

Le Panther Fusion System détermine automatiquement la concentration en DNA du virus EBV dans les échantillons et les contrôles en comparant les résultats à une courbe d'étalonnage. Les concentrations en DNA du virus EBV sont présentées en UI/mL et en  $\log_{10}$  UI/mL. L'interprétation des résultats est présentée dans le Tableau 2.

Tableau 2 : Interprétation des résultats plasmatiques

Résultats rapportés du test EBV Quant Assay		
UI/mL	Valeurs $\log_{10}$	Interprétation
Non détecté	Non détecté	DNA du virus EBV non détecté.
< 120 détecté	< 2,08	Le DNA du virus EBV est détecté, mais à un niveau inférieur à la limite inférieure de quantification (LLoQ).
120 à 1,50E09	2,08 à 9,18	La concentration en DNA du virus EBV est dans la plage quantitative comprise entre la LLoQ et la ULoQ UI/mL.
> 1,50E09	> 9,18	La concentration en DNA du virus EBV est supérieure à la limite supérieure de quantification (ULoQ).
Non valide <sup>a</sup>	Non valide <sup>a</sup>	Une erreur est survenue lors de la génération du résultat. L'échantillon doit être analysé à nouveau.

<sup>a</sup> Les résultats non valides sont affichés dans une police de couleur bleue.

## Limites

- A. L'utilisation de ce test est limitée au personnel formé à la procédure. Le non-respect de ces instructions peut compromettre les résultats.
- B. L'obtention de résultats fiables repose sur le prélèvement, le transport, la conservation et le traitement appropriés des échantillons.
- C. Éviter la contamination en respectant les bonnes pratiques de laboratoire et les procédures décrites dans cette notice.
- D. Bien que rares, des mutations au sein des régions hautement conservées du génome viral couvertes par les amorces ou les sondes du test Panther Fusion EBV Quant assay peuvent aboutir à une sous-quantification ou à une absence de détection du virus.
- E. Un résultat négatif n'exclut pas une infection au virus EBV. Il ne doit pas être utilisé comme seule base pour le traitement ou les autres décisions de prise en charge du patient.
- F. Un résultat positif indique la détection de l'acide nucléique du virus en cause. L'acide nucléique peut persister même si le virus n'est plus viable.

## Performance

### Seuil de détection à l'aide du 1<sup>er</sup> étalon de référence international de l'OMS

D'après le protocole EP17-A2 du CLSI, le seuil de détection (LoD) du test est défini comme la concentration en DNA du virus EBV dont la probabilité de détection est égale ou supérieure à 95 %.<sup>8</sup>

### Seuil de détection avec les étalons de l'OMS dans le plasma

La LoD a été déterminée en testant des panels du 1<sup>er</sup> étalon de référence international de l'OMS (code NIBSC 09/260) pour le virus EBV dilué dans du plasma humain négatif au virus EBV. Vingt (20) répliquats de chaque dilution ont été testés avec chacun des trois lots de réactifs pour un total de 60 répliquats par dilution. Une analyse Probit a été réalisée pour obtenir les limites de détection attendues. Les valeurs de LoD présentées dans le Tableau 3 sont les résultats du lot de réactif avec le seuil de détection attendu le plus élevé. La LoD du test Panther Fusion EBV Quant assay avec le 1<sup>er</sup> étalon de référence international de l'OMS est de 54,1 UI/mL pour le plasma.


Tableau 3 : Seuil de détection pour le plasma avec le 1<sup>er</sup> étalon de référence international de l'OMS pour le virus EBV

Seuil de détection prévu	Concentration (UI/mL)
10 %	1,5
20 %	2,4
30 %	3,6
40 %	5,1
50 %	7,2
60 %	10,2
70 %	14,8
80 %	22,4
90 %	38,0
95 %	54,1

## Plage linéaire

### Plage linéaire dans le plasma

La plage linéaire a été établie en analysant des panels de virus EBV dilué dans du plasma humain, négatif au virus EBV, conformément au protocole EP06-A du CLSI.<sup>9</sup> La concentration des panels variait de 1,98 log UI/mL à 9,26 log UI/mL. La linéarité du test Panther Fusion EBV Quant Assay a été démontrée sur l'ensemble de la plage testée. La limite supérieure de quantification (ULoQ) du test est de 9,18 log UI/mL, comme indiqué dans la Figure 1.



**Figure 1. Linéarité dans le plasma**

### Limite inférieure de quantification avec le 1<sup>er</sup> étalon de référence international de l’OMS

Selon la norme CLSI EP17-A2, la limite inférieure de quantification (LLoQ) est définie comme la concentration la plus faible à laquelle la quantification de virus EBV est fiable.<sup>8</sup> L’erreur totale a été estimée à l’aide du modèle Westgard : Erreur totale (ET) = |biais| + 2 SD (écart-type). Pour garantir la précision et l’exactitude des mesures, l’erreur totale du test Panther Fusion EBV Quant assay a été définie à 1,2 log UI/mL, avec un biais à la vérité qui doit être ≤ 0,5 log UI/mL et un écart-type ≤ 0,35 log UI/mL.

### Limite inférieure de quantification avec l’étalon de l’OMS dans le plasma

La LLoQ a été déterminée en testant des panels du 1<sup>er</sup> étalon de référence international de l’OMS (code NIBSC 09/260) pour le virus EBV dilué dans du plasma humain négatif au virus EBV. Vingt (20) réplicats de chaque dilution ont été testés avec chacun des trois lots de réactifs pour un total de 60 réplicats par dilution. Les résultats de la LLoQ pour les trois lots de réactifs sont présentés dans le Tableau 4. La LLoQ obtenue avec le 1<sup>er</sup> étalon de référence international de l’OMS pour le virus EBV dans le plasma est de 120 UI/mL (2,08 log UI/mL).

Tableau 4 : Détermination de la LLoQ avec le 1<sup>er</sup> étalon de référence international de l'OMS pour le virus EBV dilué dans du plasma

Lot de réactifs			Concentration cible	EBV Quant	SD	Biais	ET calculée
	N	N Détecté	(log UI/mL)	Assay (log UI/mL)	(log UI/mL)	(log UI/mL)	(log UI/mL)
1	20	20	1,93	2,06	0,21	0,2	0,6
	20	20	2,08	2,33	0,21	0,3	0,7
	20	20	2,18	2,45	0,13	0,3	0,5
	20	20	2,26	2,44	0,15	0,2	0,5
2	20	20	1,93	1,61	0,30	0,3	0,9
	20	20	2,08	1,79	0,23	0,3	0,8
	20	20	2,18	2,00	0,18	0,2	0,6
	20	20	2,26	2,09	0,17	0,2	0,5
3	20	20	1,93	1,75	0,20	0,2	0,6
	20	20	2,08	1,88	0,25	0,2	0,7
	20	20	2,18	2,09	0,12	0,1	0,4
	20	20	2,26	2,04	0,15	0,2	0,5

SD = écart-type  $\leq 0,35$  (log UI/mL).

|Biais|= biais à la vérité  $\leq 0,5$  (log UI/mL).

La dilution correspondant à la concentration de la LLoQ et testée sur chaque lot de réactifs est surlignée en gris.

## Confirmation de la limite inférieure de quantification pour tous les génotypes du virus EBV

### Limite inférieure de quantification pour les différents génotypes dans le plasma

La LLoQ établie avec l'étalon de l'OMS a été évaluée en testant les génotypes 1 (Raji, Akata et B95-8) et 2 (AG876, P3H1 et Jijoye) du virus EBV enrichis à 3X la LLoQ dans le plasma humain négatif au virus EBV. Trois répliquats de chaque échantillon du panel ont été testés avec un lot de réactif. Les résultats sont présentés dans le Tableau 5.

Tableau 5 : Confirmation de la LLoQ pour les différents génotypes dans le plasma

Isolé (Génotype)			Concentration cible	EBV Quant	SD	Biais
	N	N Détecté	(log UI/mL)	Assay (log UI/mL)	(log UI/mL)	(log UI/mL)
Raji (génotype 1)	3	3	2,56	2,84	0,12	0,3
Akata (génotype 1)	3	3	2,56	2,95	0,11	0,4
B95-8 (génotype 1)	3	3	2,56	2,59	0,08	0,1
AG876 (génotype 2)	3	3	2,56	2,72	0,23	0,2
P3H1 (génotype 2)	3	3	2,56	2,91	0,07	0,4
Jijoye (génotype 2)	3	3	2,56	2,75	0,16	0,2


SD = écart-type.

## Traçabilité au 1<sup>er</sup> étalon de référence international de l’OMS

Une série d'étalons secondaires avec des concentrations connues a été utilisée tout au long de l'élaboration et de la fabrication des produits pour établir la traçabilité par rapport à l'étalon de l'OMS. Le 1<sup>er</sup> étalon de l'OMS pour le virus EBV a été dilué et testé avec les étalons secondaires et avec les contrôles du test et les calibrateurs utilisés dans le test Panther Fusion EBV Quant assay pour évaluer la traçabilité conformément au protocole EP32-R du CLSI.<sup>10</sup> Les concentrations des étalons secondaires variaient de 2,30 à 6,30 log<sub>10</sub> UI/mL.

### Traçabilité à l'étalon de l'OMS avec le plasma

Les concentrations testées pour le 1<sup>er</sup> étalon de l'OMS pour le virus EBV se situaient entre 2,26 et 4,70 log<sub>10</sub> UI/mL. Les panels de plasma de l'OMS, les étalons secondaires, les contrôles de test et les calibrateurs de test se sont rétablis comme prévu sur l'ensemble de la plage linéaire du test, comme l'illustre la Figure 2.



**Figure 2. Traçabilité entre les concentrations cibles du 1<sup>er</sup> étalon de l’OMS pour le virus EBV et les concentrations rapportées avec le test Panther Fusion EBV Quant assay (étalon de l’OMS dilué dans du plasma)**

## Substances potentiellement interférentes

La sensibilité du test Panther Fusion EBV Quant assay aux interférences liées à des niveaux élevés de substances endogènes, d'anticoagulants et de médicaments couramment prescrits aux patients transplantés a été évaluée dans des matrices négatives au virus EBV, en présence ou en l'absence de 2,56 log UI/mL de virus EBV dans le plasma. Les concentrations du test pour chaque substance interférente ont été sélectionnées en fonction des références disponibles dans la littérature et des directives des protocoles EP07<sup>11</sup> et EP37<sup>12</sup> du CLSI.

Aucune interférence au niveau de la précision de la quantification du test n'a été observée dans les échantillons de plasma en présence des substances endogènes potentiellement interférentes énumérées dans le Tableau 6.

Tableau 6 : Substances endogènes

Substance potentiellement interférente	Nombre de réplicats	Concentration testée
Albumine	3	375 mg/dL
Bilirubine conjuguée	3	40 mg/dL
Hémoglobine	3	1 000 mg/dL
Héparine	3	0,66 mg/dL
DNA génomique humain	3	0,2 mg/mL
Triglycérides	3	3,45 mg/dL
Bilirubine non conjuguée	3	0,40 mg/dL

Aucune interférence au niveau de la précision de la quantification du test n'a été observée en présence des substances exogènes énumérées dans le Tableau 7.

Tableau 7 : Substances exogènes

Substance potentiellement interférente	Nombre de réplicats	Concentration testée
Acyclovir	3	6,6 mg/dL
Azathioprine	3	0,258 mg/dL
Céfotétan	3	71,1 mg/dL
Cidofovir	3	12,4 mg/dL
Clavulanate de potassium	3	1,47 mg/mL
Cyclosporine	3	0,180 mg/dL
EDTA	3	0,099 mg/dL
Évérolimus	3	0,0183 mg/dL
Fluconazole	3	2,55 mg/dL
Foscarnet	3	108 mg/dL
Ganciclovir	3	3,96 mg/dL
Letmovir	3	3,9 mg/dL
Mycophénolate mofétil	3	18,1 mg/dL
Acide mycophénolique	3	18,1 mg/dL
Pipéracilline	3	110 mg/dL
Prednisone	3	0,0099 mg/dL
Sirolimus	3	0,0213 mg/dL
Citrate de sodium	3	3 200 mg/dL
Sulfaméthoxazole	3	35,7 mg/dL
Tacrolimus	3	0,0144 mg/dL
Sodium de Tazobactam	3	10,2 mg/dL
Fumarate de ténofovir disoproxil	3	0,0978 mg/dL
Ticarcilline disodique	3	151 mg/dL
Triméthoprim	3	4,2 mg/dL

Tableau 7 : Substances exogènes (suite)

Substance potentiellement interférente	Nombre de réplicats	Concentration testée
Valacyclovir	3	3,83 mg/dL
Valganciclovir	3	4,83 mg/dL
Vancomycine	3	12 mg/dL

### Spécificité analytique

La réactivité croisée potentielle avec les agents pathogènes listés dans le Tableau 8 a été évaluée dans des matrices négatives au virus EBV, en présence ou l'absence respectivement de 2,56 log UI/mL de virus EBV dans le plasma. Les agents pathogènes ont été testés à la plus forte concentration disponible. Aucune réactivité croisée ou interférence sur la précision de la quantification n'a été observée.

Tableau 8 : Agents pathogènes testés pour la spécificité analytique

Micro-organisme/pathogène	Concentration	Micro-organisme/ pathogène	Concentration
ADV-4	1,00E+04 TCID <sub>50</sub> /mL	Virus parainfluenza humain	1,00E+05 UI/mL
<i>Aspergillus niger</i>	1,00E+06 UFC/mL	Influenza A	1,00E+05 UI/mL
BKV	5,00E+06 cp/mL	<i>Klebsiella pneumoniae</i>	1,00E+06 cp/mL
<i>Candida albicans</i>	1,00E+06 UFC/mL	<i>Listeria monocytogenes</i>	1,00E+06 UFC/mL
<i>Chlamydia trachomatis</i>	1,00E+06 UFI/mL	<i>Mycoplasma pneumoniae</i>	1,00E+06 UCC/mL
<i>Clostridium perfringens</i>	1,00E+06 cp/mL	<i>Mycobacterium intracellulare</i>	1,00E+06 cp/mL
CMV	1,00E+05 cp/mL	<i>Neisseria gonorrhoeae</i>	1,00E+06 UFC/mL
<i>Corynebacterium diphtheriae</i>	1,00E+06 UFC/mL	<i>Propionibacterium acnes</i>	1,00E+06 UFC/mL
<i>Cryptococcus neoformans</i>	1,00E+06 UFC/mL	Rhinovirus	1,00E+06 cp/mL
<i>Enterococcus faecalis</i>	1,00E+06 UFC/mL	<i>Salmonella enterica</i>	1,00E+06 UFC/mL
<i>Escherichia coli</i>	1,00E+06 UFC/mL	<i>Staphylococcus aureus</i>	1,00E+06 UFC/mL
VHB	1,00E+05 UI/mL	<i>Staphylococcus epidermidis</i>	1,00E+06 UFC/mL
VHC	1,00E+04 UI/mL	<i>Streptococcus agalactiae</i>	1,00E+06 UFC/mL
VIH-1	1,00E+05 UI/mL	<i>Streptococcus pneumoniae</i>	1,00E+06 UFC/mL
HPV-18 (cellules infectées HeLa)	1,00E+05 cellules/mL	<i>Streptococcus pyogenes</i>	1,00E+06 UFC/mL
Virus de l'herpès humain de type 6	1,00E+05 cp/mL	<i>Trichomonas vaginalis</i>	1,00E+05 trophozoïtes/mL
Virus de l'herpès humain de type 7	1,00E+03 TCID <sub>50</sub> /mL	Virus varicelle-zona	1,00E+05 cp/mL
Virus de l'herpès humain de type 8	1,00E+05 TCID <sub>50</sub> /mL	<i>Staphylococcus saprophyticus</i>	1,00E+06 UFC/mL
Métapneumovirus humain	1,00E+03 UI/mL	Virus Zika	1,00E+05 TCID <sub>50</sub> /mL

UCC/mL = unités de changement de colonie/mL.

UFC/mL = unités de formation de colonies par mL.

cp/mL = copies par mL.

UFI/mL = unités de formation d'inclusions par mL.

UI/mL = unités internationales par mL.


TCID<sub>50</sub>/mL = unités de dose infectieuse de culture tissulaire par mL.

## Corrélation de la méthode

Cette étude a été conçue conformément au protocole EP09c du CLSI.<sup>13</sup>

### Corrélation de la méthode pour le plasma

La performance du test Panther Fusion EBV Quant assay a été évaluée par rapport à un test comparatif en testant des échantillons prélevés rétrospectivement et des échantillons contributifs couvrant toute la plage linéaire. Un total de 121 échantillons dans la plage linéaire commune aux deux tests ont été utilisés pour la régression linéaire de Deming, comme indiqué dans la Figure 3.



**Figure 3. Corrélation entre la charge virale en EBV dans le test Panther Fusion EBV Quant assay et un test comparatif lors de l'analyse d'échantillons de plasma**

### Contamination de transfert ou croisée

La contamination de transfert a été évaluée avec des échantillons STM à titre élevé inoculés avec de l'EBV ( $1,5E+09$  UI/mL) répartis entre des échantillons négatifs pour le virus EBV selon une disposition en damier. L'analyse a comporté 5 séries. Le taux de contamination de transfert global était de 0,67 % (1/150).

## Bibliographie

1. Tzellos S, Farrell PJ. 2012. Epstein-Barr Virus Sequence Variation—Biology and Disease. *Pathogens*. 1(2):156–174. doi.org/10.3390/pathogens1020156
2. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Epstein-Barr Virus and Infectious Mononucleosis. (2016). <https://www.cdc.gov/epstein-barr/about-mono.html>
3. Kimura H, Kwong Y-L. 2019. EBV Viral Loads in Diagnosis, Monitoring, and Response Assessment. *Front. Oncol.* 9:62.
4. Nijland, ML, Kersten MJ, Pals ST, Bemelman FJ, ten Berge JJM. 2016 *Transplantation Direct* 2016;2: e48 doi: 10.1097/TXD.0000000000000557
5. Styczynski J, van der Velden W, Fox CP, et al , on behalf of the Sixth European Conference on Infections in Leukemia, a joint venture of the Infectious Diseases Working Party of the European Society of Blood and Marrow Transplantation (EBMT-IDWP), the Infectious Diseases Group of the European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC-IDG), the International Immunocompromised Host Society (ICHS) and the European Leukemia Net (ELN). 2016 Management of Epstein-Barr Virus Infections and Post-Transplant Lymphoproliferative Disorders in Patients after Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation: Sixth European Conference on Infections in Leukemia (ECIL-6) Guidelines. *Haematologica*. 107(7):803-811. doi:10.3324/haematol.2016.144428
6. 1st WHO International Standard for Epstein-Barr Virus for Nucleic Acid Amplification Techniques (NIBSC 09/260, version 4.0).
7. Clinical & Laboratory Standards Institute. Document M29. Protection of Laboratory Workers from Occupationally Acquired Infections. CLSI Web site <https://clsi.org/standards/products/microbiology/documents/m29/> (4 avril 2022)
8. Clinical and Laboratory Standard Institute (CLSI). 2012. Evaluation of Detection Capability for Clinical Laboratory Measurement Procedures; Approved Guidelines – Second Edition. CLSI Document EP17-A2. Clinical and Laboratory Standard Institute, Wayne, PA.
9. Clinical and Laboratory Standard Institute (CLSI). 2003. Evaluation of the Linearity of Quantitative Measurement Procedures: A Statistical Approach; Approved Guidelines. CLSI document EP06-A. Clinical and Laboratory Standards Institute, Wayne, PA.
10. Clinical and Laboratory Standard Institute (CLSI). 2006. Metrological Traceability and Its Implementation; A Report. CLSI document EP32-R. Clinical and Laboratory Standards Institute, Wayne, PA.
11. Clinical and Laboratory Standard Institute (CLSI). 2018. Interference Testing in Clinical Chemistry – Third Edition. CLSI document EP07, 3rd Ed. Clinical and Laboratory Standards Institute, Wayne, PA.
12. Clinical and Laboratory Standard Institute (CLSI). 2018. Supplemental Tables for Interference Testing in Clinical Chemistry. CLSI document EP37, 1st Ed. Clinical and Laboratory Standards Institute, Wayne, PA.
13. Clinical and Laboratory Standard Institute (CLSI). 2018. Measurement Procedure Comparison and Bias Estimation Using Patient Samples. CLSI document EP09c, 3rd Ed. Clinical and Laboratory Standards Institute, Wayne, PA.

## Coordonnées



Diagenode S.A.  
3, Rue du Bois Saint Jean  
4102 Seraing, Belgique



Personne responsable au Royaume-Uni :  
Hologic Ltd.  
Oaks Business Park, Crewe Road  
Wythenshawe, Manchester, M23 9HZ  
United Kingdom

Adresse du représentant australien :  
Hologic (Australie et Nouvelle-Zélande) Pty Ltd  
Macquarie Park, NSW 2113

Pour obtenir l'adresse e-mail et le numéro de téléphone du service technique et du service client spécifiques à chaque pays, consulter le site Web [www.hologic.com/support](http://www.hologic.com/support).

Hologic, Aptima, Panther et Panther Fusion et les logos correspondants sont des marques commerciales ou des marques commerciales déposées de Hologic, Inc. ou de ses filiales, aux États-Unis ou dans d'autres pays.

Quasar est une marque commerciale déposée et homologuée de Biosearch Technologies, Inc.

Toutes les autres marques commerciales citées dans cette notice sont des marques commerciales de leurs détenteurs respectifs.

Ce produit peut être couvert par un ou plusieurs brevets américains identifiés sur le site [www.hologic.com/patents](http://www.hologic.com/patents).

©2022-2023 Hologic, Inc. Tous droits réservés.

AW-26019-901 Rév.002  
2023-05